



Sarstedt Sp. z o.o. · ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego · 05-082 Stare Babice

Sprzęt i materiały
jednorazowego
użytku dla
medycyny i nauki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

Blizne Łaszczyńskiego, dn. 13.12.2017 r.

dot.: zapytania ofertowego na dzierżawę wirówek laboratoryjnych - 3 szt. na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Zwracamy się z prośbą o następujące wyjaśnienia:

1. Dot. szczegółowych wymagań-parametrów technicznych pkt. 17

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pkt. 17 z wymagań technicznych. W punkcie nr 3 Zamawiający wymaga wydzierżawienia 3 wirówek nie starszych niż rok 2016 po generalnym przeglądzie. Punkt 17 (aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondycjonowana) stoi w sprzeczności z zapisami pkt. 3.

Zamawiający wykreślił pkt 17

2. Dot. szczegółowych wymagań-parametrów technicznych

Zamawiający w tabeli z parametrami technicznymi wymaga podania klasy wyrobu medycznego przedmiotu zamówienia. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. (Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Wirówek laboratoryjnych wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny. Wirówka podlega natomiast innym regulacjom prawnym tj. posiada deklarację zgodności WE i jest oznakowana znakiem CE. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wyrobu nie zakwalifikowanego jako wyrób medyczny.

Zamawiający dopuszcza wyrób nie zakwalifikowany jako medyczny

3. Dot. szczegółowych wymagań-parametrów technicznych pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie prędkości wirowania w zakresie od 500-3 500 obr./min.

Tak Zamawiający dopuszcza prędkość wirowania od 500 do 3500 obr./min

Z poważaniem,

Beata Javed
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej
i Techniki
dr inż. Karolina Wdłczarek