

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

które wpłynęły w związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie postępowaniem konkursowym nr KO/25/2018 na „**Udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań elastografii wątroby dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118**”.

Pytanie nr 1:

„III ZASADY WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE umieszczone zostały wymogi

Punkt 2. Przyjmujący zamówienie musi posiadać odpowiednie urządzenia do wykonywania badań elastografii wątroby techniką umożliwiającą pomiar ilościowy w kPa, posiadających dodatkowo:

- możliwość oceny zwłóknienia wątroby,
- możliwość oceny stłuszczenia wątroby,
- głowicę XL dla osób otyłych.

Wymóg dotyczy możliwości oceny stłuszczenia wątroby.

Czy jest to wymóg obligatoryjny?

W załączniku B71. zasad Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową w kolumnie Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu punkt 12) jest określone " badanie określające zaawansowanie włóknienia wątroby - elastografia wątroby techniką umożliwiającą pomiar ilościowy w kPa ...". Nie ma żadnych wymogów dotyczących oceny stłuszczenia. Stąd moje zapytanie.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Udzielający zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału III, pkt. 2 Regulaminu Konkursu Ofert.

Pytanie nr 2:

„Punkt 9. W przypadkach pilnych, Przyjmujący zamówienie wykona badania dla mniejszej ilości pacjentów niż określone w pkt. 9 niniejszego rozdziału.

Jak rozumieć przypadki pilne? (jakie były kryteria decyzyjne co do pilności przypadku?).

Jaki byłby czasokres od zgłoszenia do wykonania badania?”

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Udzielający zamówienia nie określa szczegółowych warunków co do terminu wykonywania badań dla przypadków pilnych. W przypadku konieczności wykonania badań dla ilości mniejszej, niż około 15 pacjentów jednorazowo, Udzielający zamówienia dokona uzgodnienia terminu i możliwości wykonania badań z Przyjmującym zamówienie.

Powyższe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl i na tablicy ogłoszeń szpitala.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Dariusz Kaczmarek