



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dn. 15.06.2018 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:
**DOSTAWA PORTÓW ŻYLNICH NISKOPROFILOWYCH(MICRO)
I ZESTAWÓW DO IMPLANTACJI PORTU DOŻYLNIEGO WYSOKO
I NISKO PROFILOWEGO** dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Znak sprawy: **DAZ.26.041.2018**

L.dz. 2190/18

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej ustawa PZP), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1 dotyczy: części 1

Czy Zamawiający dopuści port o wysokości 10,4mm, ciężar 4,55g, dwóch otworach do przyszycia, cewniku 6,5Fr, z membraną wytrzymała do min 1500 wkłuć, przystosowany do wykonywania badania do 300psi oraz 5ml/s?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 dotyczy: części 1

Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczanie igły echogenicznej do zestawu pakowanej sterylnie osobno, nie z portem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych parametrów.

Pytanie nr 3 dotyczy: części 2

Czy Zamawiający dopuści port z membraną wytrzymała do min 1500 wkłuć? przystosowany do wykonywania badania do 300psi oraz 5ml/s?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4 dotyczy: części 3

Czy Zamawiający dopuści port z membraną wytrzymała do min 1500 wkłuć? przystosowany do wykonywania badania do 300psi oraz 5ml/s?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **27.06.2018** r. termin składania i otwarcia ofert.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie wskazanych zmian w składanych ofertach.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny W Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej