

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – CZĘŚĆ NR 8

ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE DO SSANIA - 4SZT

Producent
Nazwa-model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji.....

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów
	Producent	Podać	
	Kraj pochodzenia	Podać	
	Rok produkcji fabrycznie nowe	Tak	
1.	Ssak do użytku na oddziałach szpitalnych, w intensywnym nadzorze, w salach operacyjnych, transporcie.	TAK	
2.	Zbiornik bezpieczeństwa	TAK	
3.	Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym	TAK	
4.	Minimum 1-litrowy zbiornik podstawowy, nietłukący (z poliwęglanu) z pokrywą z zabezpieczeniem przed przelaniem	TAK	
5.	Uchwyt zbiornika	TAK	
6.	Uchwyt na przewód ssący	TAK	
7.	Przewód ssący silikonowy z zaworem zatrzymującym ssanie minimum 1,5m	TAK	
8.	Stojak jezdny minimum 3 kołowy	TAK	
9.	Kabel zasilający o długości min. 2m	TAK	
10.	Ładowanie akumulatora ok. 4h lub krócej od 0% do 100%	TAK	
CHARAKTERYSTYKA PRACY SSAKA			
12.	Wydajność od 15l/min do 20l/min +/-10%	TAK	
13.	Max. Podciśnienie do 80kPa	TAK	
14.	Poziom hałasu poniżej 60dB	TAK	
15.	Wymiary (szerokość; wysokość; głębokość) 310 x 240 x 190 mm +/-10%	TAK	
16.	Waga nie większa niż 5kg	TAK	
Pozostałe wymagania			
17.	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,	TAK	
18.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018	TAK	
19.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.	TAK	
20.	Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.	TAK	
21.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	TAK	
22.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat,	TAK	
23.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata	TAK	

24.	Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim	TAK	
25.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi. Szkolenie personelu technicznego	TAK	
26.	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia	TAK	
27.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji	TAK	

Wszystkie parametry techniczne muszą być potwierdzone w **nadesłanych na wezwanie**
Zamawiającego kartach katalogowych / opisach / folderach / fotografiach / informacjach w języku
polskim z zakreśleniem danego parametru.

.....
miejscowość i data

.....
pieczęć i podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy