


Częstochowa, dnia ...07...-11.2018r.



**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny**

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. centrala: 34 367 30 00, sekr. Dyrektora: 34 367 31 04
fax: 34 365 17 56, e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl
Regon: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenie

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

NA DOSTAWĘ DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ORAZ TESTÓW UREAZOWYCH

Znak sprawy: DAZ.26.072.2018

L.dz.....**4653**.../18

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 1442) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytania 1:

1. Czy Zamawiający w Części nr 1, poz. 1 wymaga pipet Pasteura w blistrach papierowo-foliowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w Części nr 2 poz 1,9,6 i 7 dopuści opakowanie 1000szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ dla poz. 1,6,7. Zamawiający dopuszcza dla poz.9. opakowanie 1000szt., z zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

3. Czy Zamawiający w Części nr 2, poz. 2 dopuści opakowanie 500szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

4. Czy Zamawiający w Części nr 2, poz. 2 wymaga próbek z kołnierzem i znacznikami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Czy Zamawiający w Części nr 2, poz. 3 wymaga próbek typu Eppendorf stożkowe, poj. 1,5ml, z płaskim zatrzaskowym wieczkiem, wirowanie do 25000 x g, autoklawowalne do 121st. C ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy w Części nr 2, poz. 4 należy wycenić tylko adapterki w ilości 1250 szt. bez próbek?

Odpowiedź: TAK.

7. Czy Zamawiający w Części nr 3, poz. 2-4 wymaga klasy medycznej IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w Części nr 3, poz. 2 i 3 wymaga udokumentowanej przeżywalności szczepów do 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w Części nr 3, poz. 2 i 3 wymaga wymazówek spełniających normę kontroli jakości M40-A2 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2:

Część 1 poz. 10

1. Czy Zamawiający dopuści pipetę automatyczną o zmiennej pojemności 500 – 5000 ul z wyrzutnikiem końcówek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Część 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści próbki w opakowaniach po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ

Część 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści próbki w opakowaniach po 500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Część 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści mikroprobki w opakowaniach po 500 szt.? Jeśli tak to czy Wykonawca może zaproponować 3 opakowania (1500 szt.) tym samym nie dekompletując jednego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

5. Część 2 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści końcówki w opakowaniach po 250 szt.? Według wiedzy Wykonawcy takie końcówki o takiej pojemności są pakowane jedynie po 250 szt. Zatem jeśli Wykonawca wyrazi zgodę proszę o weryfikację do pełnej ilości opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

6. Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe mikroskopowe 24x24 w opakowaniach po 200 szt.? Jeśli tak proszę o weryfikację ilości opakowań, ewentualnie o zmianę na jednostki miary na sztuki z odpowiednim przeliczeniem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

7. Część 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe mikroskopowe 50x24 w opakowaniach po 100 szt.? Jeśli tak proszę o weryfikację ilości opakowań, ewentualnie o zmianę na jednostki miary na sztuki z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

8. Część 5 poz. 1,2,3

Czy Zamawiający dopuści statyw z drutu powlekanego? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 3:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem zabezpieczonym przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem specjalnym ogranicznikiem, bez kleju?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Renata Grabara e-mail: rgrabara@szpitalparkitka.com.pl.

Pytania 4 do SIWZ:

1. Pakiet 4, poz. 1,2

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła wysokiej jakości o niskim poziomie zanieczyszczeń, pozbawione prążków, pęcherzyków, smug, wysoko przeźierne ze szkła borowo-krzemowego. Posiadające bezbarwny wygląd, doskonale równą powierzchnię materiału, odporne na działanie substancji chemicznych, współczynnik załamania światła dostosowany do mikroskopu, pakowane w taki sposób, aby nie przywierały do siebie, a separator nie ma wpływu na wyniki testu. Właściwości optyczne i chemiczne: D 263 M. Grubość: 0,13-16 mm. ,pakowanych po 100 szt. w plastikowym pudełku w opakowaniu zbiorczym 1000 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet 4, poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby szkiełka pakowane były bez bibulek oraz bez pochłaniaczy wilgoci, gdyż technologia produkcji nie wymaga takiego zabezpieczenia, a jednocześnie produkt spełnia wymogi jakościowe Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Pakiet 4, poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje aby szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami były wykonane ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przeźierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe_2O_3 0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji. Czyste, płaskie i nadające się do natychmiastowego użycia. Wyprodukowane zgodnie z ISO 8037/I w rozmiarze 26 x 76 x 1,0mm (+0/-1.0mm) lub BS7011 o wymiarach: 25,5 x 75,5mm(+0.5/-0.0mm), tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm. Opakowanie po 50 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje szkiełka podstawowe cięte czy podstawowe szlifowane pod kątem 90° , które są wykonane ze szkła wapniowo-sodowego o podwyższonej przeźierności o wysokich właściwościach optycznych i technicznych o niskiej zawartości żelaza (Fe_2O_3 0,03%), z niskim poziomem fluoeroscencji. Czyste, płaskie i nadające się do natychmiastowego użycia. Wyprodukowane zgodnie z ISO 8037/I w rozmiarze 26 x 76 x 1,0mm (+0/-1.0mm) lub BS7011 o wymiarach: 25,5 x 75,5mm(+0.5/-0.0mm), z 20mm dwustronnie zmatowionym polem do opisu, tolerancja grubości wynosi +/- 0,5mm. Opakowanie po 50 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Pakiet 4, poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści szkiełka diagnostyczne gwarantujące najwyższą jakość, z terminem przydatności do użytku minimum 11 miesięcy, ze względu na specjalistyczny proces technologiczny zastosowany przy ich produkcji ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie do postępowania szkiełka podstawowe przezroczyste o wymiarach 26 mm x 76 mm, cięte, bez pola, op.=50 szt. Pytanie dotyczy części nr 4 poz. 3.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 7: Opis przedmiotu zamówienia:**1. Dotyczy części nr 1 pozycja 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 250 szt pipetek Pasteura (50 op. po 5 szt) czy może nastąpiła omyłka pisarska – ilość taka jest mniejsza od najmniejszego opakowania zbiorczego dla takich pipetek (500 sztuk)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy części nr 2 pozycja 5

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt z tworzywa białego czy płyt z tworzywa przezroczystego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt do oznaczania grup krwi z rowkiem usztywniającym, który zapobiega uginaniu się płyty i w rezultacie ułatwia przeprowadzanie badań?

Rowek usztywniający podnosi komfort i bezpieczeństwa wykonującego test. Rowek usztywniający stabilizuje kształt jednorazowej płyty uniemożliwiając jej odkształcanie się w trakcie wykonywania na niej testów, co chroni użytkownika przed przypadkowym wydostaniem się próbek z poszczególnych celek. W metodycie badania sztywność płyty ma bardzo duże znaczenie, bowiem w celu właściwego wymieszania zawiesiny i równomiernego jej rozprzodzenia na dnie celki, płytę lekko, kolistym ruchem w płaszczyźnie poziomej, obraca się. W przypadku płyty pozbawionej rowka, czynność tę jest bardzo trudno wykonać, z uwagi na giętkość płyty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga. Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy części nr 2 pozycja 8

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bagietek o długości 125 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy części nr 2 pozycja 11

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje końcówek typu Eppendorf czy Gilson ze znacznikami pojemności 02 ul i 10ul.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oba typy końcówek.

6. Dotyczy części nr 3 pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z podłożem Stuart?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 8 Projekt umowy:**1. Dotyczy § 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu.

Zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Dotyczy § 7

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z paragrafu sformułowania: „prawidłowo”?

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie daty, od której płynie termin płatności

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy § 10 ust. 1 podpunkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu liczenia kar na:

„w wysokości 10% wartości dostawy niezrealizowanej w zakresie zgodnym z zamówieniem”

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do *opóźnienia w dostawie* towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu podpunktu c tak, aby wysokość kar za niezrealizowanie dostawy była liczona nie od wartości całej umowy, ale od wartości niezrealizowanej dostawy. Liczenie kar od całej wartości umowy jest, bowiem niesprawiedliwe, gdyż wykonawca, który spóźnił się z dostawą o wartości np. 500 zł., będzie obciążony karą liczoną od wartości np. 50000 zł., a zatem niewspółmierną do przewinienia. To tak, jakby wykonawca liczył Zamawiającemu odsetki za nieterminowe płatności od wartości całej umowy, a nie od wartości nieuregulowanej w terminie faktury. Na taką sytuację Zamawiający nie wyraziłby zgody, dlaczego więc Wykonawca ma być obciążany karami liczonymi od całej wartości umowy tj. od wartości towarów dostarczonych w terminie + od towarów, na które jeszcze Zamawiający nie złożył zamówienia?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

1.(§ 10 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. (§ 10 ust. 1-3) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytania 10 - Dotyczy: SIWZ rozdział VII punkt 5 podpunkt a-b

1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2.W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: „Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13: Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 80% realizacji całości umowy, a nie poszczególnych jej pozycji.

Pytanie 14: Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i niewykraczającą poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy:

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.).

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pozycji, na które będzie składana oferta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Czy wobec przedstawienia w postępowaniu przetargowym oświadczenia w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oświadczenie przez Wykonawcę, że nie wprowadza MPP będzie dla Zamawiającego wiążące i będzie skutkowało odstąpieniem przez Zamawiającego od zasad opisanych w art. 108 a i nast. VATU, co znajdzie w konsekwencji odzwierciedlenie w zapisach przyszłej umowy? Jeśli nie to proszę o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający wymaga złożenia tego oświadczenia wobec jednoznacznej normy art. 108a ust. 1 VATU „Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. O zastosowaniu tego mechanizmu każdorazowo decyduje dokonujący płatności (czyli co do zasady nabywca towaru lub usługi). Podatnik nie musi o tym fakcie informować urzędu skarbowego, czy też swoich kontrahentów. Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej płatności płatcom nie oznacza jednak, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji. Postanowienia umowne kontrahentów wywołują przy tym skutki tylko na poziomie relacji kontraktowej między kontrahentami i nie wpływają na regulacje ustawy wprowadzającej MPP. Dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności oznacza również, że może być on stosowany wybiórczo zarówno, jeśli chodzi o faktury, jak i kontrahentów. To znaczy, że podatnik (nabywca) ma możliwość wyboru, za które faktury chce płacić stosując MPP, a które faktury opłaci w inny sposób. Co więcej, MPP jest systemem elastycznym również w zakresie tego, jaką część kwot wykazanych na fakturze podatnik chce zapłacić w podzielonej płatności. Podatnik może bowiem zapłacić w MPP całość lub część kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze. 4 Dokonujący zapłaty w MPP może stosować tę formę zapłaty niezależnie od tego, czy lub w jakiej części przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność i niezależnie od tego czy skorzystał lub zamierza skorzystać, w całości lub w części, z prawa do odliczenia w okresie, w którym dokonuje płatności”. (Źródło: <https://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6448094/Objasnienia+podatkowe+-+mechanizm+podzielonej+platnosci+29.06.2018.pdf>)

Odpowiedź: Oświadczenie Wykonawcy, że nie wprowadza MPP będzie dla Zamawiającego wiążące i skutkowało będzie odstąpieniem przez Zamawiającego od zasad opisanych w art.108a i następne ustawy o VAT.

Pytanie 19:

Dotyczy części nr 4 pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie w poz. 3 szkiełek podstawowych o wymiarach 26x76x1 mm, wymiar ten jest zgodny z normą ISO 8037-1 dotyczącą właściwości optycznych, wymiarów i znakowania szkiełek podstawowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20**Dotyczy części nr 9 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający dopuści kasetki bez wieczka, standardowe z 35 okrągłymi otworami? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21**Dotyczy części nr 10**

Czy Zamawiający oczekuje szkiełek wysokiej jakości z super-białego szkła sodowo-wapniowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 22 Dotyczy : Pakiet 2:

1.Poz. 2. Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 500szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Poz.3. Czy Zamawiający dopuści niesterylne probówki typu Eppendorf, skalowane 0,1/0,5/1,0/1,5ml z korkiem z systemem typu safe-lock?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 3: czy Zamawiający dopuści probówki w opakowaniu po 500 szt z zaokrągleniem ilości sztuk do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4.Poz. 4. Czy w pozycji 4 nie doszło do omyłki w opisie produktu? Zamawiający opisał dwa produkty w jednej pozycji.

Czy Zamawiający miał na myśli probówki PS o poj. 5 ml o wymiarach 12x75 mm?

Czy Zamawiający miał na myśli „adapterki do mikroprobówek o pojemności 1,5ml” to czy chodziło tu o adaptery do wirówek na probówki o pojemności 1,5ml? Jeżeli tak, to jaki rodzaj rotora do jakiego modelu wirówki wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Poz. 6 i 7. Czy Zamawiający dopuści również korki w takich kolorach jak: czerwony, niebieski, biały, fioletowy i bezbarwny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. 6 i 7. Czy Zamawiający dopuści korki pakowane po 1000 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Poz. 8. Czy Zamawiający dopuści bagietki plastikowe o długości 125mm i średnicy 3-4mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 13. Czy Zamawiający dopuści końcówki pakowane po 250 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zachowaniem wymaganej ilości w SIWZ.

9. Dotyczy: Pakiet 3:

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści plastikowy sterylny aplikator bez dodatkowej probówki?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy: pakiet 9:

Poz 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kasetek z okrągłymi otworami? Pozostałe wymogi zostają zachowane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Dotyczy: Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ:

Czy Zamawiający w formularzu cenowym, w pozycjach, w których jednostką miary jest sztuka, wyrazi zgodę na podawanie ceny jednostkowej netto do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że:

W załączniku Nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w§7 ust1 otrzymuje brzmienie:

„Zapłata wynagrodzenia określonego w §3 odbywać się będzie, na podstawie faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, za każdą część realizowanego zamówienia . Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy”

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: ...¹³...-11-2018r. do godz. 10:00
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: ...¹³...-11-2018r. o godz. 10:15.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie


Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej