

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 04.....-05-2018r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, PODŁOŻA BAKTERIOLOGICZNEGO, TESTÓW IDENTYFIKACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW ORAZ TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

Znak sprawy: DAZ.26.032.2018

L.dz. 1329/18

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1: Zwracam się do Państwa z prośbą o wyłączenie z pakietu 1 pozycji 63 oraz 64 i utworzenie z nich osobnego pakietu. Spowoduje to, iż w postępowaniu będzie mogło wziąć udział więcej Wykonawców, co z kolei przełoży się korzystnie na mechanizm konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 2 dotyczące projektu umowy (załącznik nr 5):

1. §4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie dni roboczych (nie dłuższym niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną.”?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail lub faks. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: W Załączniku Nr 5 (wzór umowy) w § 4 ust. 1 oraz w § 6 ust.1 pkt.5) otrzymują brzmienie:

„§ 4 ust. 1 Dostawy przedmiotu zamówienia następować będą sukcesywnie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie dni roboczych (nie dłuższym niż 5 dni roboczych) od daty zamówienia częściowego złożonego faxem lub drogą elektroniczną (e-mail) przez Kierownika Działu Zaopatrzenia i Magazynów lub osobę przez niego wyznaczoną. Do każdej dostarczonej partii towaru Wykonawca dołączy fakturę VAT lub dokument potwierdzający ilość, rodzaj i cenę dostarczonych towarów. Wykonawca prześle fakturę VAT za pośrednictwem poczty bądź kuriera, a także w wersji elektronicznej (format pdf) na adres email: marketing@szpitalparkitka.com.pl, w takim wypadku faktura powinna zostać wystawiona w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego”.

„§6 ust. 1 Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części jeżeli:

pkt.5) Wykonawca dostarczył zamówiony towar bez faktury VAT lub bez dokumentu potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę dostarczonego towaru.”

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

2. §5 ust. 1 pkt 1 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń do 14 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

3. §5 ust. 4 pkt 3) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego – podjęta naprawa) - maksimum 2 dni robocze od zgłoszenia, naprawa aparatu max. do 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. §7 ust. 2 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„wymiany przedmiotu umowy wadliwego jakościowo, na wolny od wad w terminie pięciu dni roboczych (tzn. od poniedziałku do piątku) licząc od dnia przesłania reklamacji faxem lub drogą elektroniczną (e-mail),”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

5. §8 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. §8 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wraz z fakturą bądź innym dokumentem potwierdzającym ilość i rodzaj dostarczonego towaru. W przypadku braku możliwości dostarczenia faktury wraz z towarem, Zamawiający dopuszcza przysyłanie faktur za pośrednictwem poczty lub kuriera a także ich dostarczanie w formie pdf na adres e-mail Zamawiającego:”?

Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przysyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź: W odpowiedzi w §8 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„§8 ust. 8 Zamawiający otrzyma od Wykonawcy oryginał oraz jedną kopię faktury VAT wraz z dostarczonym towarem. Zamawiający dopuszcza wysyłanie faktur pocztą bądź kurierem nie wraz z towarem pod warunkiem dołączenia do każdej dostawy dokumentu potwierdzającego ilość, rodzaj i cenę nadesłanego towaru, a także w wersji elektronicznej (format pdf) na adres email: marketing@szpitalparkitka.com.pl, w takim wypadku faktura powinna zostać wystawiona w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego”.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

7. §8 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. §11 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za opóźnienie w realizacji dostawy w terminie określonym w §4 ust. 1 karę umowną w wysokości 0,3 % wartości brutto zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia,”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. §11 ust. 1 pkt 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,02%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. §11 ust. 1 pkt 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. §11 ust. 1 pkt 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za opóźnienie w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §5 ust.4 pkt. 3) umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej za każdy dzień opóźnienia w reakcji na zgłoszoną awarię w wysokości 0,2% wartości brutto umowy oraz za każdy dzień opóźnienia w naprawie aparatu w wysokości 0,02% wartości brutto umowy.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kary umownej ze względu na jej rażąco wysoką wartość.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. §11 ust. 1 pkt 3 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. §11 ust. 1 pkt 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za opóźnienie w wykonaniu obowiązku określonego w §7 ust. 2 pkt. 1),2) – karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto braków ilościowych lub wartości brutto towaru wadliwego, za każdy dzień opóźnienia, za opóźnienie w obowiązku w §4 ust.10 karę umowną 0,2 % wartości brutto za każdy dzień opóźnienia,”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. §11 ust. 1 pkt 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. §11 ust. 1 pkt 5 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„za niezrealizowanie w całości dostawy ponad 10 dni od uchybienia terminu w zakresie zgodnym z zamówieniem – karę w wysokości 3% wartości niedostarczonej dostawy”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wyjaśnienie po jakim terminie przedmiotowa kara może zostać naliczona mając na względzie karę za opóźnienie dostawy. Przykładowo Wykonawca będący w zwłoce 2 dni ponad termin przewidziany na dostawę towaru zgodnie z przedmiotowym postanowieniem może zostać obciążony także i tą karą.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. §11 ust. 1 pkt 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 5% wartości brutto od niezrealizowanego przedmiotu zamówienia.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Serdecznie prosimy o przesunięcie o jeden dzień terminu składania ofert (tj. na 09.08.2018r.), ze względu na nieobecność w firmie osób decyzyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, który jest wskazany w niniejszych wyjaśnieniach.

18. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 1, tabela 4, pkt 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji na płycie CD lub udostępnienie strony internetowej, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

19. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 1, tabela 4, pkt 24 i 29 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie wymaganych dokumentów w wersji elektronicznej na płycie CD?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

20. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 2, tabela 3, pkt 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie instrukcji na płycie CD lub udostępnienie strony internetowej, na której będą dostępne wymagane przedmiotowe dokumenty”?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

21. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 2, tabela 3, pkt. 23 - W związku z koniecznością dostarczenia klimatyzatora, prosimy o podanie powierzchni pracowni z aparatami immunologicznymi, w której będzie zainstalowany.

Odpowiedź: Około 35m2.

22. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 2, tabela 3, pkt. 23 - Prosimy o przedłużenie czasu dostawy i instalacji klimatyzatora do 30 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww termin od daty zawarcia umowy.

23. Załącznik nr 2 do SIWZ, część Nr 2, tabela 1, pkt. 13 - Czy w pakiecie 2 w punkcie 13 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu nowszej generacji o tym samym przeznaczeniu Anti – HBs Total, ponieważ test Anti – HBs Quick został wycofany i zastąpiony testem Total?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

24. Projekt umowy §4 ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników z następującymi terminami ważności:

Pakiet 1:

- podłoża na płytkach z krwią – min. 4-5 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego
- podłoża na płytkach bez krwi – min. 4-8 tygodni od daty dostawy do Zamawiającego
- pozycje 33, 35, 44-53, 55-62, 65 i 67 – min. 4 m-ce od daty dostawy do Zamawiającego

Pakiet 2, pozycje 2-6, 15, 22 i 23 - min. 4-6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

25. Dotyczy pakietu nr 1 - Czy w punkcie 22 tabeli asortymentowo-cenowej Zamawiający dopuści zaoferowanie podłoża pakowanego po 10 sztuk i zaoferowanie 100 takich opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 3: SIWZ,

1. (dotyczy m.in.CE, INSTR, KCH) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami? W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

2. (dotyczy m.in.CE, INSTR, KCH) Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia obszernej dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 4 Projekt umowy dla części 1,2

1. (§9ust5pkt1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zmiany stawki VAT zgodnie z zapisami §9ust. 5, pkt.1)

2. (§9) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

3. (§9) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zmiany stawki VAT zgodnie z zapisami §9ust. 5, pkt.1)

4. (§11ust1pkt1-4) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. (§11ust1-4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. (§11ust1pkt6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. (§11) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. (§4) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. (§4) Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów, MSDS) w formie elektronicznej?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

10. (§7) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

11. (§7) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. (§9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. (§5ust4pkt1) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o ubezpieczeniu aparatu na czas trwania umowy przez Zamawiającego? W naszej opinii to po stronie Zamawiającego powinno leżeć ubezpieczenie aparatu, ponieważ Wykonawca nie posiada wiedzy, m.in. o warunkach lokalowych Zamawiającego, alarmach i innych zabezpieczeniach w pracowni, do której przeznaczony jest oferowany aparat.

W związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie zapisu,

że Zamawiający zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych do ubezpieczenia aparatu od kradzieży i pożaru oraz do dostarczenia Wykonawcy kopii polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Przedmiotowa polisa będzie zawierała cesję praw z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. (§5) Czy Zamawiający wprowadzi zapis o odpowiedzialności Zamawiającego za wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

15. (§5ust4pkt3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie szybkości reakcji na zgłoszenie o awarii na min. 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego – podjęta naprawa) - maksimum 2 dni robocze od zgłoszenia, naprawa aparatu max. do 3 dni roboczych.

16. (§5) Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

17. (§5) Czy Zamawiający dopuści pokrywanie tylko różnicy kosztów badań w przypadku konieczności ich wykonywania u innego świadczeniodawcy, w sytuacji przedłużającej się naprawy aparatów i braku możliwości wstawienia aparatu zastępczego?

Odpowiedź: W przypadku konieczności wykonywania u innego świadczeniodawcy danych badań Wykonawca powinien pokryć całkowity koszt badania.

18. (§11ust1pkt2) Czy Zamawiający dopuści możliwość naliczania kar umownych od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (a nie od wartości całej umowy), w przypadku zwłoki w dostawie analizatora lub zwłoki w wymianie wadliwego analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. (§10) Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

20. (§9) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 5: Projekt umowy dla części 3, 4, 5

1. (§8ust5pkt1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź: Zmiany stawki VAT zgodnie z zapisami §8ust. 5, pkt.1).

2. (§8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

3. (§8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź: Zmiany stawki VAT zgodnie z zapisami §8ust. 5, pkt.1).

4. (§10ust1pkt1-2) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. (§10ust1pkt 3-4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

6. (§10) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 10% wartości NETTO niezrealizowanej części umowy? Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

7. (§10) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

8. (§4) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .

9. (§2) Czy zamawiający wprowadzi do projektu umowy zapis dotyczący minimalnego poziomu zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

10. Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści możliwość konsultacji telefonicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

13. (§10) Czy Zamawiający może określić maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

14. (§9) Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: Dotyczy: Części nr 1.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu części Podłoża mikrobiologiczne (tj. pozycje nr 1-35) i tym samym utworzy dla nich oddzielny pakiet? Wydzielenie ww. części pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców oraz zwiększy konkurencyjność cen. Zgodnie z art.7 ust.1 PZP Zamawiający ma obowiązek przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 7: Dotyczy: Części nr 3

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego w opakowaniu 16 testów i tym samym na zaoferowanie 12 takich opakowań tj. 192 testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganej ilości.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu zawierającego w opakowaniu 16 testów i tym samym na zaoferowanie 13 takich opakowań tj. 208 testów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem wymaganej ilości.

3. Czy Zamawiający wymagając testu posiadającego kontrolę jakości wbudowaną w kasetkę rozumie aby kasetka posiadała linię kontrolną C, wskazującą na prawidłowe wykonanie testu?

Odpowiedź: Tak zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie 8: Dotyczy: Umowy (Załącznik nr 5)

§5, ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00? Wykonawca ma podpisaną umowę z firmą kurierską, która na terenie Zamawiającego gwarantuje dostawy w powyższych godzinach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Dotyczy: Umowy (Załącznik nr 6)

§5, ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy w dniach od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 08.00 – 16.00? Wykonawca ma podpisaną umowę z firmą kurierską, która na terenie Zamawiającego gwarantuje dostawy w powyższych godzinach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wykonania testu bezpośrednio z dodatknych hodowli krwi? W świetle posiadanej wiedzy, na rynku nie ma obecnie dostępnego testu kasetkowego wykrywającego 3 lub więcej klas karbapenemaz, który w procedurze opisanej przez producenta umożliwia wykonanie oznaczenia bezpośrednio z dodatknych hodowli krwi.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga listy zwalidowanych przez producenta podłoży hodowlanych, z których można wykonać oznaczenie, zawartej w metodyce producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga testy, którego interpretacji można dokonać po upływie 15 minut, jednak nie później niż 20 minut od zadozowania próbki do studzienki reakcyjnej? Ze względu na specyfikę pracy w laboratorium mikrobiologicznym, taki zakres czasu w którym można dokonać odczytu wyniku, daje Zamawiającemu swobodę i komfort wykonywania innych procedur, bez wpływu na wiarygodność uzyskiwanych wyników przy użyciu oferowanego testu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13: dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający wymaga, aby test wykrywał następujące typu mechanizmu oporności OXA-48: -517 -519 -535?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14 dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający uzna dołączone do zestawu zakraplacze, które zakłada się ręcznie na próbówki z przygotowaną zawiesiną bakteryjną w buforze, za spełnienie warunku wymaganego, aby w zestawie były dołączone niezbędne odczynniki, pipetki, próbówki itp. do wykonania testu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o ile próbówki do przygotowania zawiesiny są w zestawie.

Pytanie 15 dotyczy pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści test o granicy wykrywalności dla: KPC – 0,6 ng/mL; OXA-48 – 0,3 ng/mL; NDM – 0,15 ng/mL?


Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 15.....-05-2018r. do godz. 11:00.....
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: 15.....-05-2018r. o godz. 11:15.....

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie


.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej