

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 24.....-07-2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**SPRZĘTU DO ELEKTROSTYMULACJI SERCA
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU**

Znak sprawy: DAZ.26.075.2017
L.dz. 1968.../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1 do Część 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z automatycznym okresem refrakcji dla przedsionka (w zakresie 300-775 ms)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stymulatory dwujamowe z automatycznym okresem refrakcji dla przedsionka w zakresie (300-775 ms).

Pytanie 2 do Część 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stymulatora dwujamowego z okresem refrakcji dla komory programowalnym w zakresie 200-500 ms?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stymulatory dwujamowe z automatycznym okresem refrakcji dla komory w zakresie (200-500 ms).

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **03.08.2017r.** termin składania i otwarcia ofert.

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej