

Częstochowa, dn. 06.02.2018 r.

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego pn.:
DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ
Znak sprawy: DAZ.26.009.2018

L.dz. 322 /18

WYJAŚNIENIA nr 1 TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, dalej ustawa PZP), Zamawiający przekazuje wszystkim wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej SIWZ/ w przedmiotowym postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania.

Dotyczy część nr 1 - APARAT EKG (szt.2)

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści aparaty EKG bez możliwości wykonywania badania spirometrycznego przy użyciu przystawki spirometrycznej?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koszyk druciany na akcesoria?

Odpowiedź: Tak zamawiający dopuszcza.

Dotyczy część nr 3 – KARDIOMONITOR (szt.1)

Pytanie 3. Ad.32. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z pomiarem częstości pulsu w zakresie od 20 do 300 P/min z dokładnością +/-3 P/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **14.02.2018** r. termin składania i otwarcia ofert.

**Z-ca DYREKTOR ds. LECZNICTWA
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

dr n. med. Janusz Kapustecki

.....
podpis
kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej