

Częstochowa, dnia 04..-04-2017r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

**NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DOZYMETRYCZNEGO DO POMIARU CODZIENNYCH
PARAMETRÓW ENERGII DLA ZAKŁADU RADIOTERAPII**

Znak sprawy: DAZ.26.030.2017

L.dz. 823...../17

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1: Załącznik nr 3 do SIWZ, punkt 2. Wymagania dot. objętości komory jonizacyjnej

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 9 komór jonizacyjnych o objętości 0.1cm³ każda?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Załącznik nr 3 do SIWZ, punkt 5. Wymagania dot. zakresu temperatury i ciśnienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające automatyczny czujnik temperatury oraz ciśnienia o zakresie pracy jak poniżej?

• Zakres pomiaru temperatury: od 10 oC do 40 oC

• Zakres pomiaru ciśnienia: od 700 do 1060hPa

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 : Załącznik nr 3 do SIWZ, punkt 4.

Prosimy o dokładniejszy opis wymagania technicznego z punktu nr 4 - "Pomiar do min. 2 pomieszczeń" ?
Co Zamawiający uzna na spełnienie tego warunku?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: Urządzenie umożliwiające pomiar dla dwóch akceleratorów zainstalowanych w dwóch różnych pomieszczeniach.

Pytanie 4: Wzór umowy SIWZ, §6, punkt 5.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zmodyfikuje zapis z §6, punkt 5 wzoru umowy (załącznik nr 7) dotyczący wymiany sprzętu na nowy w przypadku 3 napraw w okresie gwarancji zgodnie z poniższą propozycją.

Treść oryginalna:

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.

Propozycja zmian:

5. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji trzech niewynikających z winy Zamawiającego napraw tego samego elementu . W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5: Wzór umowy SIWZ, §7, punkt 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 15 dni roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6: Wzór umowy SIWZ, §11, punkt 1, podpunkt 3.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zmodyfikuje zapis z §11, punkt 1, podpunkt 3 wzoru umowy (załącznik nr 7) dotyczący kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. Treść oryginalna oraz propozycja zmian jak poniżej.

Treść oryginalna:

3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

Propozycja zmian:

3) w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ :

1) W Załączniku Nr 3 do SIWZ pkt. 1., pkt. 15 i pkt. 17 otrzymują brzmienie:

„pkt. 1. Detektor z min. 4 komorami lub diodami.

pkt. 15. Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Czas naprawy w przypadku użycia części zamiennych do 40 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy.

pkt. 17. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzony min. przez 10 lat od momentu zakupu.”

2) W Załączniku Nr 7 do SIWZ w §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zapewni czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godziny w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Czas naprawy w przypadku użycia części zamiennych do 40 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.”

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualnie obowiązujący Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na druku, stanowiącym Załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: 12...-04-2017r. do godz. 10:00.
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: 12...-04-2017r. o godz. 10:15.


Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Tomasz Stoparek

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Urządzenie dozymetryczne do pomiaru codziennych parametrów energii

Producent

Nazwa-model/typ

Kraj pochodzenia

Rok produkcji

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów
	Producent	Podać	
	Model/Typ	Podać	
	Klasa wyrobu medycznego	Tak	
1.	Detektor z min. 4 komorami lub diodami	TAK	
2.	Objętość komory min. 0,6cm ³	TAK	
3.	Pomiar energii: -dla fotonów od 60C do 25 MV -dla elektronów od 6 MeV do 25 MeV	TAK	
4.	Pomiar do min. 2 pomieszczeń	TAK	
5.	Automatyczne czujniki : temperatury oraz ciśnienia -zakres pomiaru temperatury: od 10°C do 40°C -zakres ciśnienia od 600-800 mmHg	TAK	
6.	Aparat łatwy do przenoszenia-mobilny	TAK	
7.	Zapis daty i czasu pomiaru	TAK	
8.	Powierzchnia pola pomiaru max. 20cm x 20 cm	TAK	
9.	Zasilanie bateryjne	TAK	
10.	Interfejs do doładowania akumulatora i komunikacji szeregowej	TAK	
11.	Port szeregowy	TAK	
Pozostałe wymagania			
12.	Instalacja we wskazanym miejscu przez zamawiającego	TAK	
13.	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia		
14.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2017 (nie powystawowa, nie regenerowana, nie rekondukcjonowana)	TAK	
15.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 72 godzin w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Czas naprawy z użyciem części zamiennych do 40 dni liczony od momentu podjęcia naprawy, czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy.	TAK	
16.	Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.	TAK	
17.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzony min. przez 10 lat od momentu zakupu.	TAK	
18.	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia	TAK	
19.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji.	TAK	

Brak wypełnienia rubryki „Parametry - potwierdzenie spełnienia wymogów” lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych.

.....
 podpis osoby/osób
 uprawnionej/-ych do reprezentowania
 Wykonawcy lub pełnomocnika