

Zamawiający:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel., fax +48 34 367 37 53, +48 34 367 36 74
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**ZAKUP ZESTAWU DO ENDOSKOPII DLA POTRZEB
ODDZIAŁU GASTROENTEROLOGII WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE
DAZ.26.088.2014**

L.dz.2456/14

SPROSTOWANIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118 dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania udzielone w dniu 27.10.2014r., pismem L.dz.2410/14.

Poniżej przedstawiamy pytania na które zostały udzielone odpowiedzi:

Pytanie 8: dot. zapisów umowy § 6 ust. 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 takich samych napraw tych elementów/podzespołów, niewynikających z winy Zamawiającego.(...)”?

Odpowiedź: Załącznik Nr 8 § 6 ust 5 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu/podzespołu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 takich samych napraw tych elementów/podzespołów, niewynikających z winy Zamawiającego.(...)”. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw tych samych elementów/podzespołów niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 20 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego z nową gwarancją. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie 9: dot. zapisów umowy § 8 ust. 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„(...) w ciągu 20 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji od Zamawiającego(...)” ?

Odpowiedź:

Załącznik Nr 8 § 6 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 20 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

„Załącznik Nr 8 § 6 ust 4 otrzymuje brzmienie: „ Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu wadliwego na sprzęt bez wad na swój koszt w ciągu 20 dni od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji

Zamawiającego, dotyczącej uszkodzenia sprzętu, wad jakościowych i w przypadku dostarczenia sprzętu nie zamówionego. Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie do 14 dni od jej otrzymania. Na czas rozpatrzenia reklamacji sprzęt zastępczy w ciągu 3 dni. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie nr 13: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający w pkt. 7 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„Minimalne wychylenie końcówki sondy wzernikowej:

- a) góra: min. 210°
- b) dół: min. 120°
- c) prawo: min. 120°
- d) lewo: min. 120°”

na zapis następującej treści:

„Minimalne wychylenie końcówki sondy wzernikowej:

- a) góra: min. 210°
- b) dół: min. 90°
- c) prawo: min. 100°
- d) lewo: min. 100°”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Minimalne wychylenie końcówki sondy wzernikowej:

- a) góra: min. 210°
- b) dół: min. 120°
- c) prawo: min. 120°
- d) lewo: min. 120°

Pytanie nr 14: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy w pkt. 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia nie wyposażonego w dodatkowy kanał „water – jet”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. water-jet – TAK.

Pytanie nr 25: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający w pkt. 42 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu nie realizującego parametru: „Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180°”?

Opisane przez Zamawiającego parametr jednoznacznie wskazuje na jedyne go producenta firmę Pentax.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Rotacja przyłącza endoskopu do procesora o min. 180° - TAK.

Pytanie nr 30: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający w pkt. 53 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii”

na zapis następującej treści:

„Możliwość samodzielnej konfiguracji menu procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii, pod indywidualne potrzeby użytkownika”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania procesora przez użytkownika w pracowni endoskopii – TAK.

Pytanie nr 32: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający będzie wymagał automatycznej myjni endoskopowej zgodnej z wymogami normy unijnej EN 15883 1 i 4?

Odpowiedź: TAK. Będzie wymagał.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

TAK. Zamawiający dopuszcza automatyczną myjnię endoskopową zgodnej z wymogami normy unijnej EN 15883 1 i 4.

Pytanie nr 34: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający w pkt. 73 będzie wymagał automatycznej myjni endoskopowej w której następuje dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: TAK. Będzie wymagał.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

TAK. Zamawiający dopuszcza automatyczną myjnię endoskopową w której następuje dezynfekcja wody do każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji.

Pytanie nr 37: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Czy Zamawiający w pkt. 75 wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów (załączyć listę min. 5 różnych zestawów: środek myjący-środek dezynfekujący)

na zapis następującej treści:

„Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów po dostarczeniu przez producentów tych środków deklaracji zgodności z danym modelem myjni.”?

Uzyskanie certyfikatu zgodności na oferowaną myjnię wiąże się z konkretnymi płynami zastosowanymi podczas procesu certyfikacji. Z punktu widzenia technicznego, możliwe jest stosowanie innej chemii, jednak producent preparatów myjących i dezynfekujących ma obowiązek dostarczenia odpowiedniego certyfikatu zgodności chemii z konkretnym modelem myjni. Stosowanie przez użytkownika chemii, która nie posiada takiego certyfikatu zgodności powoduje przeniesienie odpowiedzialności produktowej na użytkownika.

Efektywność procesu mycia i dezynfekcji konkretnymi środkami w konkretnych myjniach musi być zawsze potwierdzona odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie informuje, że zapytanie dotyczy pkt. 76.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów (załączyć listę min. 5 różnych zestawów: środek myjący-środek dezynfekujący) – TAK, podać.

Pytanie nr 48: dot. Załącznika nr 5 do SIWZ: Dotyczące Załącznika nr 8, wzór umowy § 6 ust. 5: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na następujące brzmienie punktu 5 umowy:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego”

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkownika bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany urządzenia bądź podzespołu po trzech naprawach wynikających z nieprawidłowego użytkownika bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy, co jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC i art. 353¹ KC).

Odpowiedź:

-Załącznik nr 5 pkt. 87 otrzymuje brzmienie: „Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 10 dni roboczych. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 5.

-Załącznik nr 8, wzór umowy § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 10 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego”. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

-Załącznik nr 5 pkt. 87 otrzymuje brzmienie: „Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 3 dni roboczych. W załączeniu zmieniony Załącznik nr 5.

-Załącznik nr 8, wzór umowy § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu sprzętu niewynikających z winy Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca, dostarczy nowy sprzęt w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia ww. awarii przez Zamawiającego”. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie nr 49: dot. zapisów SIWZ paragraf 4 oraz zapisów umowy paragraf 3.1: Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zapisach umowy, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ paragraf 3.1 termin ten wynosi 4 tygodnie ?

Odpowiedź: Paragraf 3 ust 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 4 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Po sprostowaniu prawidłowa odpowiedź otrzymuje brzmienie:

Paragraf 3 ust 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy w terminie do 2 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy. Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do umowy zawieranej z Wykonawcą którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia.

Zmiany dotyczą zapisów SIWZ tj.:

- a) Załącznika Nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych,
- b) Załącznika Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.

Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na zmienionym Załączniku Nr 5 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych.

Jednocześnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia termin składania ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert **na dzień 04.11.2014r. na godz. 10:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego **dnia o godz. 10:15** w Dziale Zamówień Publicznych, w pokoju 310 (II piętro). Miejsce składania ofert, określone w § 12 SIWZ, pozostaje bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

Załączniki:

Zmieniony Załącznik Nr 5 - Zestawienie parametrów technicznych.