

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia ...**16**..-05-2018r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW;
ODCZYNNIKÓW I TESTÓW DO DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ ORAZ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW
KONTROLNYCH DO ANALIZATORÓW BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO**

Znak sprawy: DAZ.26.036.2018

L.dz.**1534**../18

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytania 1: Dotyczy Części nr 1 – Tabela 5

1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym Hct jest parametrem wyliczanym z Hb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 2 wymienne kasety: kasetę odczynnikową wraz z kalibratorami oraz kasetę płuczaco - zlewkową, która zawiera hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki? Dodatkową opcją jest pakiet automatycznej kontroli jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkanie skrzepami w postaci portu próbki wielorazowego użytku, spełniającego jednocześnie funkcje wychwytywacza skrzepów, wymienianego według potrzeb zgłaszanych przez urządzenie (analizator wyposażony jest dodatkowo w inteligentny system zarządzania, który wskazuje na pojawienie się skrzepu w próbce oraz podejmuje czynności w kierunku pozbycia się skrzepu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 2 Dotyczy Części nr 1 – Tabela 6

1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym Hct jest parametrem wyliczanym z Hb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. W związku z tym, że opisany w tej tabeli analizator ten jest dedykowany dla Oddziału Patologii Noworodka czy Zamawiający dopuści pomiar całkowitej bilirubiny noworodkowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 2 wymienne kasety: kasetę odczynnikową wraz z kalibratorami oraz kasetę płuczaco - zlewkową, która zawiera hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki? Dodatkową opcją jest pakiet automatycznej kontroli jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkanie skrzepami w postaci portu próbki wielorazowego użytku, spełniającego jednocześnie funkcje wychwytywacza skrzepów, wymienianego według potrzeb zgłaszanych przez urządzenie (analizator wyposażony jest dodatkowo w inteligentny system zarządzania, który wskazuje na pojawienie się skrzepu w próbce oraz podejmuje czynności w kierunku pozbycia się skrzepu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 3 Dotyczy Części nr 1 – Tabela 7

1. Czy Zamawiający dopuści analizator, w którym Hct jest parametrem wyliczanym z Hb?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 2 wymienne kasety: kasetę odczynnikową wraz z kalibratorami oraz kasetę płuczającą - zlewkową, która zawiera hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki? Dodatkową opcją jest pakiet automatycznej kontroli jakości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści zabezpieczenie torów pomiarowych przed zatkanie skrzepami w postaci portu próbki wielorazowego użytku, spełniającego jednocześnie funkcje wychwytywacza skrzepów, wymienianego według potrzeb zgłaszanych przez urządzenie (analizator wyposażony jest dodatkowo w inteligentny system zarządzania, który wskazuje na pojawienie się skrzepu w próbce oraz podejmuje czynności w kierunku pozbycia się skrzepu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 4 dot. części nr 1 - Odczynniki i materiały eksploatacyjne do badań równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych wraz z dzierżawą 4 analizatorów w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 i przy ul. PCK 7 na okres 24 miesięcy

Dotyczy Zał. nr 2 do SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści kapilary heparynizowane innego typu, kompatybilne/właściwe dla oferowanego analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający zechce doprecyzować: jaka jest liczba badań w przypadku Oddziału Chorób Płuc, a jaka dla Oddziału Położnictwa w skali 24 miesięcy, gdyż w tabeli podano liczbę 9500 sumarycznie dla 2 aparatów. Jest to kluczowa informacja dla skalkulowania właściwej oferty.

Odpowiedź: Oddział Chorób Płuc 4750 badań, Oddział Położnictwa 4750 badań.

3. Czy Zamawiający dopuści analizatory parametrów krytycznych typu kasetowego, gdzie elementy niezbędne do wykonania badań takie jak: odczynniki, kalibratory, kontrole, czujniki pomiarowe, sonda aspiracyjna i zbiornik na odpady znajdują się w jednym zintegrowanym wymiennym wkładzie, a jedyną czynnością obsługową jest wymiana kasety raz na 30 dni (lub ewentualnie 21 dni – pytanie nr 4) poprzedzona jej walidacją za pomocą dedykowanego materiału?

Czynność ta gwarantuje wykluczenie uszkodzenia kasety przed jej uruchomieniem, potwierdza spójność całego systemu analitycznego oraz zapewnia najwyższą jakość wyników poprzez wykluczenie błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy w przypadku Oddziału Chorób Płuc i Oddziału Położnictwa, w związku z wymaganym minimalnym panelem oznaczeń (parametry mierzone: pH, pO₂, pCO₂, Hct) oraz w celu obniżenia kosztów badań, Zamawiający dopuści analizatory kasetowe, w których wymianę zintegrowanej kasety dokonujemy co 21 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści analizatory wyposażone w System Inteligentnego Zarządzania Jakością (iQM), który w sposób całkowicie automatyczny i bez dodatkowych kosztów przeprowadza badania kontroli jakości po każdym wykonanym oznaczeniu, w sposób automatyczny przeprowadza kalibrację jedno i dwupunktową, wykrywa błędy całego systemu (w tym samokontrolę elementów składowych systemu analitycznego w tym odczynników), dokonuje automatycznej naprawy wykrytych błędów oraz dokumentuje powyższe czynności? Do bieżącego wglądu Użytkownika pozostaje Raport Czynności Naprawczych oraz wykres DeltaChart będący graficzną ilustracją wyników wszystkich przeprowadzonych badań kontroli jakości (zastępujący wykres Levey-Jenningsa) Inteligentny System Kontroli Jakości iQM posiada certyfikat FDA i pozytywną opinię Prof. J. Westgarda.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści analizatory, w którym automatyczna kontrola jakości badań wykonywana jest po każdym oznaczeniu w czasie rzeczywistym i nie ma potrzeby jak i możliwości automatycznego zaprogramowania czasu pomiarów kontrolnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wymaga liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/L ze względu na użytkowanie w Szpitalu cytrynianowej terapii nerkozastępczej do której prowadzenia niezbędne jest oznaczanie tak niskich poziomów stężenia wapnia?

Oznaczanie tak niskich poziomów stężenia wapnia jest m.in. rekomendowane przez producentów aparatów do terapii nerkozastępczej.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

8. Czy Zamawiający wymaga dodatkowego oprogramowania umożliwiającego zdalny nadzór diagnostyki nad aparatami oraz danymi (lokalizacja Bialska i lokalizacja PCK) zgodnie z rekomendacjami Komitetu ds. POCT?
Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 5

do Zadania nr 1

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak często i na ilu poziomach Zamawiający planuje wykonywać oznaczenia kontrolne na oferowanych aparatach?

Odpowiedź: Codziennie na dwóch poziomach.

2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wraz z analizatorami jednego typu kapilar, kapilar o objętości 200 mikrolitrów? Ujednolicenie uproszczy składanie zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

do Zadania nr 2

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) który posiada komponenty w formie liofilizatu do jednorazowej rekonstytucji? Po rekonstytucji odczynnik jest już w formie płynnej i gotowej do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora w którym odczyt końcowy odbywa się w komorze pomiarowej będącej elementem wyposażenia aparatu? Aparat ten nie wymaga i nie stosuje jednorazowych kuwet pomiarowych, a reakcja immunochemiczna zachodzi w jednorazowych naczynkach reakcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy pod pojęciem "Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora" Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej 6-punktowej krzywej kalibracyjnej przez Użytkownika?

Odpowiedź: Pod pojęciem „Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora” Zamawiający rozumie prekalibrację fabryczną odczynników i brak konieczności wykonania pełnej krzywej 6-punktowej przez użytkownika.

Pytania 6 Dot. Załącznik nr 5 do SIWZ, Załącznik nr 6 do SIWZ

1. Par. 4 ust. 8 pkt 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności przedmiotu umowy wynosił minimum 6 miesięcy od dnia dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Par. 5 ust. 1, pkt. 1-2, Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

3. Par. 5 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź: Minimum dwie osoby w każdej lokalizacji Laboratorium.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy (Załącznik Nr 5 i Nr 6 do SIWZ) z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

4. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę zmianę niniejszego postanowienia umowy na:

„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny zakupu przekracza 30 dni.”?

Uzasadnienie:

Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych). W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu gdy druga strona zaoferuje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego

zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Par. 9 ust. 1 pkt 9, Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

7. Par. 9 ust. 2-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Par. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Par. 11 ust. 1 pkt 1-4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Par. 11 ust. 1 pkt 2, pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wysokość kary umownej była liczona od wartości sumy czynszu dzierżawnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Par. 11 ust. 1 pkt 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Par. 11 ust. 1 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn niezależnych od Zamawiającego" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Par. 11 ust. 1 pkt 6, Par. 13 ust. 2 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po trzykrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Par. 14 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W Załączniku Nr 5 i Nr 6 do SIWZ §12 otrzymuje brzmienie:

1. Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie szpitala stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.


2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Zamawiający w załączeniu przedstawia wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - do Załącznika Nr 5 i Nr 6 do SIWZ.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień 23.05.2018r. termin składania i otwarcia ofert.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

.....lek. med. Dariusz Kaczmarek.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Zawarta w dniuroku, w pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny,

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa,

KRS:0000003907, REGON: 001281053, NIP: 573-22-99-604,

który reprezentuje:

.....,

zwanym dalej Zamawiającym

a firmą:

.....z siedzibą w

KRS:....., REGON:....., NIP:,

reprezentowaną przez:

-,

zwaną dalej Wykonawcą

Mając na uwadze, że na podstawie umowy o udzielenie zamówienia publicznego z dniar. (zwanej dalej Umową) zawartej przez Strony, Wykonawca świadczy na rzecz Zamawiającego usługi a wykonywanie powołanej Umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest związane z wykonywaniem przez Wykonawcę czynności przetwarzania danych osobowych należących do Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykonawca jest uprawniony do powierzania wykonania całości lub części swoich zadań, wynikających z niniejszej umowy, innym podmiotom.
4. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o planowanym dalszym powierzeniu wykonania części swoich zadań, wynikających z niniejszej Umowy, innym podmiotom trzecim (podpowierzenie przetwarzania danych). Dalsze powierzenie czynności przetwarzania w tym wypadku jest możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem zawarcia przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą z uwzględnieniem zapisów, o których mowa w § 1 ust. 2 i § 2 niniejszej umowy.

§ 2

Prawa i obowiązki Stron

1. Zgodnie z art. 31 Ustawy Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę powierzonych jej do przetwarzania danych osobowych.
2. Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające powierzone dane osobowe, o których mowa w art. 36 – 39 Ustawy oraz spełnić wymagania określone w przepisach wykonawczych, o których mowa w art. 39a Ustawy. W zakresie przestrzegania w/w przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
3. Jeżeli czynności przetwarzania wykonywane są w siedzibie Zamawiającego, uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy są zobowiązani stosować się do przedstawionych im uprzednio do akceptacji zasad ochrony danych osobowych obowiązujących u Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli sposobu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań wymienionych w ust. 2 w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych niniejszą Umową w trakcie dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i świąt) w godzinach od 10.00 do 16.00., po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną na adres e-mail:.....
5. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§3

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa wygasa najpóźniej z dniem wygaśnięcia Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.
2. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że Umowa nie może być wypowiedziana w okresie obowiązywania Umowy o udzielenie zamówienia publicznego zr.

3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający jest zobowiązany do trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych z wszelkich nośników i urządzeń podlegających zwrotowi Wykonawcy. Wykonanie przez Zamawiającego wskazanego wyżej obowiązku zostanie stwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru, zawierającym oświadczenie Zamawiającego o wykonaniu tego obowiązku.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
6. Wszelkie spory wynikłe ze zastosowania tej umowy rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.....
WYKONAWCA

.....
ZAMAWIAJĄCY