

Częstochowa, dn. 30.04.2014r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

**DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE
MYJNI-DEZYNFEKTORA DLA ODDZIAŁU ONKOLOGII
Z PODODDZIAŁEM DZIENNĄ CHEMIOTERAPII**

DAZ.26.031.2014

L.dz. 1228/14

WYJAŚNIENIA nr 1 do SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor z możliwością mycia wiader o różnej pojemności bez potrzeby stosowania specjalistycznego stelaża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni, co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści myjnię dezynfektor o wysokości 1730 mm tj. o 40 mm niższą niż wymagana?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści myjnię-dezynfektor fabrycznie nową wyprodukowaną w 2013 roku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania 4. Dotyczy Formularza asortymentowo-cenowego:

1. Czy Zamawiający wymaga dostawy wraz z urządzeniem 5 szt kaczek męskich czy żeńskich – taka informacja ma znaczący wpływ na cenę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny kaczki bez zamknięcia? Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Prosimy o podanie wielkości misek jakich dostawy oczekuje Zamawiający wraz z urządzeniem.

Odpowiedź: Wymiary misek: średnica 30-35 cm.

4. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem stelażu do mycia wiader 20 litrowych, jeśli konstrukcja komory nie wymaga stosowania tego typu stelażu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni, co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

5. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem uchwyty do automatycznego opróżniania worków na mocz? Worki na mocz jako odpady medyczne powinny być utylizowane poprzez spalanie, a nie myte w myjniach dezynfektorach. Wymaganie dostawy tego typu oprzyrządowania promuje jednego z producentów urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Specyfika Oddziału Onkologii – pracy przy cytostatykach – wymaga zabezpieczenia personelu przed wdychaniem oparów cytostatyków w wylewanym moczu pacjentów. Puste worki na mocz jako odpady medyczne będą utylizowane poprzez spalanie.

Pytania 5. Dotyczy parametrów technicznych myjni:

6. Ad. 7 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu mocowania w komorze uchwytów do mycia wiader 20l jeśli konstrukcja komory umożliwia mycie wiader bez stosowania specjalnego uchwyty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni, co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

7. Ad. 11 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia urządzenia w dyszę teleskopowo-rotacyjną? Jest to autorskie rozwiązanie firmy Meiko i wprowadzenie takiego zapisu umożliwi oferowanie tylko i wyłącznie produktów tej firmy co stanowi ograniczanie konkurencji. Oferowana przez nas myjnia wyposażona jest w dwie dysze wachlarzowo-rotacyjne, które zapewniają dokładniejsze mycie wewnątrz naczyń niż dysza teleskopowa.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Ad. 14 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia urządzenia w bezprzewodowy system zapisu i rejestracji wyników na PC? Rozwiązanie takie jest niepotrzebnym wydatkiem ponieważ żaden szpital w Polsce nie prowadzi rejestracji przebiegów procesów mycia i dezynfekcji mytych kaczek i basenów. Statystyka taka nie mówi nic bez identyfikacji od jakiego pacjenta pochodzą wydaliny. Walidacja procesu mycia możliwa jest do przeprowadzenia poprzez łącze przewodowe RS 232. Proces walidacji przeprowadzany jest i tak przez wykwalifikowany serwis.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

9. Ad. 19 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach:

Szerokość – 545 mm

Głębokość – 475 mm

Wysokość – 1.630 mm

Podane w SIWZ wymiary odpowiadają dokładnie wymiarom urządzenia firmy Meiko i jednoznacznie wskazują na ten produkt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

10. Ad. 20 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w konwekcyjny system suszenia naczyń zgodny z wymaganiami normy PN-EN 15883-1 (2010)? Ww. norma dopuszcza dwa sposoby suszenia – mechaniczny, poprzez wymuszony obieg strumienia powietrza oraz termiczny – suszenie konwekcyjne poprzez elementy grzejne. W świetle normy oba sposoby są równoważne, a proponowane przez nas rozwiązanie jest rozwiązaniem tańszym zarówno w zakupie jak i późniejszej eksploatacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

11. Ad. 22– Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenia, w którym maksymalny poziom wytwarzanego hałasu jest na poziomie 51dB, co niewiele odbiega od zapisów SIWZ? Myjnie-dezynfektory zwykle montowane są w osobnych pomieszczeniach, brudownikach. Przez zamknięte drzwi różnica 1dB jest nie do wychwycenia ani dla personelu ani dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

12. Ad. 24 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy elementów grzejnych 4,5kW, a mocy całkowitej 5,05kW? Większa moc pozwala na szybsze przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji, nie wpływa jednocześnie na całkowite zużycie energii. Przedstawione parametry odpowiadają dokładnie parametrom urządzenia firmy Meiko.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

13. Ad. 27 – Czy Zamawiający dopuści do oceny kaczki i baseny w kolorze białym lub kremowym? Jest to najpowszechniejszy kolor naczyń stosowanych w szpitalach. Kolor kaczek i basenów nie ma żadnego wpływu na ich funkcjonalność, a kolor biały/kremowy pozwala na optyczną kontrolę procesu mycia. Wymóg stosowania dowolnego koloru prócz białego i kremowego nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego ani funkcjonalnego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

14. Ad. 32 – Prosimy o odstąpienie wymogu zaoferowania stelażu do mycia wiader 20l. Oferowane przez nas urządzenia ma konstrukcję komory pozwalającą na skuteczne mycie wiader bez konieczności stosowania dodatkowego uchwyty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem stabilności wiadra w myjni, co umożliwi prawidłowe przeprowadzenie procesu mycia i dezynfekcji.

15. Ad. 33 – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia wraz urządzeniem uchwyty do automatycznego opróżniania worków na mocz? Worki na mocz jako odpady medyczne powinny być utylizowane poprzez spalenie, a nie myte w myjniach dezynfektorach. Wymaganie dostawy tego typu oprzyrządowania promuje jednego z producentów urządzeń.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

16. Ad. 34 – Prosimy o podanie jakich funkcji/akcesoriów oczekuje Zamawiający i jaki wpływ ich zaoferowanie będzie miało na ocenę oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

17. Ad. 41 – Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia kontynuacji produkcji aparatu przez okres co najmniej 4 lat. Wymóg taki nie ma zupełnie zastosowania do myjni-dezynfektorów do kacek i basenów, a ponadto firmy nie będące producentami urządzeń – dystrybutorzy, nie mają wpływu na plany producentów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

18. Ad. 44 – Prosimy o odstąpienie od wymogu wydania certyfikatów dla personelu technicznego do wykonywania napraw i przeglądów dostarczonej aparatury. Zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych jedynie serwis autoryzowany przez producenta ma prawo do dokonywania napraw i przeprowadzania przeglądów aparatury medycznej będącej Wyrobem Medycznym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania 6. do projektu umowy:

19. Ad. par.3 p.1 - Prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy do 8 tygodni. Cykl produkcyjny tego typu urządzenia to ok. 6-8 tygodni. Wymóg dostarczenia urządzeń w ciągu 14 dni nie pozwoli na wywiązanie się ze zobowiązań.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin realizacji umowy do 28 dni.

20. Ad. par. 6 p. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p.5 na: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementu na nowy w przypadku dokonania w okresie gwarancji 3 napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu nie wynikających z winy Zamawiającego”? Wymaganie wymiany całego urządzenia w przypadku awarii, która zostanie usunięta przez Serwis jest niewspółmierne do potencjalnych strat Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ w pkt.4 wystąpiła omyłka pisarska, polegająca na:

Jest:

„ Warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Winno być:

„ Warunki płatności: 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Za omyłkę pisarską przepraszamy. **Prosimy o uwzględnienie powyższych zmian w ofercie.**

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

W związku z art. 12a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin otwarcia ofert umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:

-termin składania ofert na dzień: **12.05.2014 r., godz. 10.00.**

-termin otwarcia ofert na dzień: **12.05.2014 r., godz. 10.15.**

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR

**WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE**

JAROSŁAW MADOWICZ