

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

tel. i faks: (34) 367-36-74

e-mail: [szp@dala.pl](mailto:szp@dala.pl)

Częstochowa, dnia 27 marca 2018 r.

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018 r.

L. dz. 799/2018 r.

### **Wszyscy zainteresowani**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup sprzętu medycznego w ramach zadania „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” - II etap.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - NR 1**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

#### **Pytania dotyczące Części II - Łóżko regulowane – 10 szt:**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach postawy 160 x 63 cm, zapewniające maksymalną stabilność w każdym położeniu, z leżem podpartym w 8 punktach?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach postawy 157 x 75 cm, zapewniające maksymalną stabilność w każdym położeniu?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest tworzywowymi, lekkimi panelami, o wadze poniżej 1 kg, po jednym panelu w każdym segmencie leża?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

##### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z funkcją blokowania ich na czas transportu, bez graficznej informacji zablokowane/odblokowane?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

##### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe, lakierowane barierki boczne, składane wzdłuż ramy i nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej materaca, składające się z 4 poprzeczek, zgodne z normą EN 60601-2-25, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach, tj. przez przesunięcie barierki w przód (lub tył) i zwolnienie blokady?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, wykonane z jednolitego odlewu, stanowiące estetyczną całość ze szczytami, dwudzielne, chroniące pacjenta na całej długości leża, opuszczane poniżej linii materaca i ściśle przylegające do ramy po opuszczeniu?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 12 cm?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści łóżko i materac szpitalny różnych producentów?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z ocynkowanej blachy, z blatem z tworzywa ABS i frontami szuflady i drzwiczek z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 10**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której w miejsce wysuwanego blatu zaprojektowano otwartą półkę na prasę i rzeczy podręczne, pomiędzy szufladą a zamykanym kontenerem?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 750 mm?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady nieznacznie wystają poza obrys szafki?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytania dotyczące Części III - Łóżko regulowane - 10 szt:**

#### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach postawy 160 x 63 cm, zapewniające maksymalną stabilność w każdym położeniu, z leżem podpartym w 8 punktach?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 14**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach postawy 157 x 75 cm, zapewniające maksymalną stabilność w każdym położeniu?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 15**

Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego leże wypełnione jest tworzywowymi, lekkimi panelami, o wadze poniżej 1 kg, po jednym panelu w każdym segmencie leża?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z funkcją blokowania ich na czas transportu, bez graficznej informacji zablokowane/odblokowane?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 17**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe, lakierowane barierki boczne, składane wzdłuż ramy i nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej materaca, składające się z 4 poprzeczek, zgodne z normą EN 60601-2-25, które w celach bezpieczeństwa odblokowywane są w dwóch ruchach, tj. przez przesunięcie barierki w przód (lub tył) i zwolnienie blokady?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

#### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki tworzywowe, wykonane z jednolitego odlewu, stanowiące estetyczną całość ze szczytami, dwudzielne, chroniące pacjenta na całej długości leża, opuszczane poniżej linii materaca i ściśle przylegające do ramy po opuszczeniu?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.



**Pytanie 19**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o grubości 12 cm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający dopuści łóżko i materac szpitalny różnych producentów?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wykonaną z ocynkowanej blachy, z blatem z tworzywa ABS i frontami szuflady i drzwiczek z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której w miejsce wysuwanego blatu zaprojektowano otwartą półkę na prasę i rzeczy podręczne, pomiędzy szufladą a zamykanym kontenerem?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 23**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o wysokości całkowitej 750 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 24**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, w której uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady nieznacznie wystają poza obrys szafki?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące Część V - Wózki transportowe leżące:**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 208 cm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 26**

Czy Zamawiający dopuści wózek o wadze 78 kg?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości w zakresie 51 – 89 cm?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składany wieszak do kroplówek, z regulacją wysokości, przechowywany pod leżem? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający dopuści wózek, który w miejsce szyny Medirail ma z każdego boku wózka Eurolistwę ze stali nierdzewnej na dodatkowe akcesoria?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w składaną półkę na monitor, bez uchwytu na kartę informacyjną?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie dotyczące Części VI - Kozetki - 4 szt:**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający dopuści kozetkę o wysokości 580 mm?

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.



**Pytania dotyczące Części VII - Stół zabiegowy:**

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego o długości 2100 mm? Jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

**Odpowiedz:** NIE, zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ..

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z zakresem regulacji podglówka -45/+45stopni? Jest to parametr minimalnie różniący się od wymaganego.

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o konstrukcji ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), niemalowanej? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego.

**Odpowiedz:** NIE. Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 35**

Uprzejmie informujemy, że zapis l.p. 32 (wymagania pozostałe) nie odnosi się do stołu zabiegowego. Wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu lub dostosowanie do przedmiotu postępowania.

**Odpowiedz:** Zamawiający w Załączniku Nr 9 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne” w Części Nr VII „STÓŁ ZABIEGOWY”, uchyla zapis l.p. 32 o nazwie „Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły”. Powyższy zapis powstał w wyniku omyłki pisarskiej i nie odnosi się do opisanego sprzętu. W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 9 do SIWZ.

**Pytania dotyczące Części I - Kardiomonitor - 9 szt:**

**Pytanie 36**

17. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor ze wskaźnikiem sygnalizacyjnym zdarzenia alarmowe w postaci diody świetlnej umieszczonej na przedzie monitora? Poziomy alarmu rozróżniane kolorystycznie.

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 37**

21. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych z zapisem 16-sekundowej krzywej, która wyzwoliła alarm oraz wszystkich mierzonych parametrów cyfrowych? Liczba zapisywanych zdarzeń alarmowych wraz z parametrami im towarzyszącymi pozwala na wystarczającą dla bezpieczeństwa pacjenta ocenę sytuacji krytycznych.

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 38**

31. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum 20-250 ud/min? Zaproponowana wartość jest wystarczająca do właściwej oceny stanu pacjenta.

**Odpowiedz:** TAK. Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące Części I - Centrala Intensywnego Nadzoru - 1 szt:**

**Pytanie 39**

13. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o kompatybilności centrali z posiadanymi kardiomonitorami?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 40**

20. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy centralę monitorującą bez możliwości wydruku obliczeń dawkowania leków i tabeli rozcieńczeń? Drukowanie wyników obliczeń kalkulatora leków możliwe jest z poziomu każdego z oferowanych kardiomonitorów.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytania dotyczące Części V - Wózki transportowe leżące:**

**Pytanie 41**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący o konstrukcji wykonanej ze stali lakierowanej proszkowo z leżem opartym na dwóch stabilnych kolumnach nośnych i dużym udźwigu? Proponowana konstrukcja jest łatwa do mycia i dezynfekcji.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 42**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70°?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 43**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący wyposażony od strony głowy pacjenta w dwa drążki do prowadzenia wózka składane na ramę leża? Możliwość składania drążków zapewnia nieograniczony dostęp do głowy pacjenta.

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący bez zintegrowanego składanego statywu do kroplówki, natomiast wyposażony w stojak kroplówki z możliwością montażu we wszystkich narożnikach wózka z regulacją wysokości z możliwością przechowywania w podstawie wózka?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 45**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący wyposażony w barierki boczne składane poniżej poziomu materaca wykonane z aluminium?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 46**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący bez składanej półki na monitor oraz uchwytu na kartę informacyjną?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 47**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy leżący z materacem dopasowanym do wymiarów leża, przeziernym dla promieni RTG zabezpieczonym przed przemieszczaniem się w postaci zintegrowanych ograniczników w leżu wózka?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka transportowego leżącego z funkcjami Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowanymi sterownikami nożnymi w podstawie wózka?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ - Łóżko regulowane -10 sztuk.; Szafka przyłóżkowa - 10 sztuk:**

**Pytanie 49**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko regulowane, które posiada następujące wymiary leża: długość pomiędzy szczytami leża niewydłużonego 2120 mm (leże nie przedłużone); szerokość leża pomiędzy poręczami bocznymi 890 mm, na którym spoczywa materac o długości 2060 mm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 50**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko regulowane, które posiada całkowitą długość leża 2280 mm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 51**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko regulowane, które posiada długość podstawy 163 cm, a szerokość podstawy 71 cm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 52**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, bez sygnalizacji włączenia do sieci? Sygnalizowanie tego stanu nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łożka z napędami elektrycznymi są one zawsze podłączone do sieci zasilającej, a o konieczności ich odłączenia od sieci, np. przy przejeżdżaniu łożka, informuje zapis w Instrukcji Obsługi.

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 53**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada dźwignię funkcji CPR oparcia pleców umieszczoną w segmencie uda, aby była dostępna także po opuszczeniu poręczy?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 54**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 410 – 840 mm?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 55**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada pilot bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 56**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada pilot z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny, z mechaniczną blokadą za pomocą dodatkowego kluczyka dołączonego do pilota?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie 57**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada leże wypełnione panelami z płyty HPL, panele gładkie, łatwo odejmowane, maksymalna waga pojedynczego panelu 5,5 kg, nadające się do dezynfekcji? Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez gniazda pozycjonujące i taśmy samoszczepne.

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 58**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada autoregresję segmentu uda wynoszącą 4,5 cm?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 59**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa, bez blokad, ale sztywno i mocno osadzone w gniazdach leża, co uniemożliwia ich niepożądane wypadnięcie? Pragniemy zauważyć, że zablokowany szczyt może w sytuacji zagrożenia życia przedłużyć czas uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta.

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 60**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada koła jezdne o średnicy 150 mm z metalowym, chromowanym widelcem, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 61**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, z barierkami lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z trzech profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składanych wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku? W celach bezpieczeństwa barierki opuszczane są za pomocą odblokowania zatrasku i złożenia poręczy bocznych; a stabilizacja następuje poprzez jeden ruch podniesienia poręczy.

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

### **Pytanie 62**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko regulowane, które posiada materac w tkaninie nieprzemakalnej, oddychającej o wysokości 120 mm?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 63**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, wykonaną z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 64**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szerokość całkowitą wynoszącą 510 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 65**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada długość całkowitą wynoszącą 390 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 66**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada wysokość całkowitą wynoszącą 860 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 67**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty w niewielkim stopniu wystające poza obrys szafki?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 68**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada chromowane uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

***Pytania dotyczące Załącznika Nr 5 do SIWZ - Łóżko z szafką - 9 sztuk:***

**Pytanie 69**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada następujące wymiary leża: długość pomiędzy szczytami leża niewydłużonego 2120 mm (leże nie przedłużone); szerokość leża pomiędzy poręczami bocznymi 890 mm, na którym spoczywa materac o długości 2060 mm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 70**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada całkowitą długość leża 2280 mm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 71**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada długość podstawy 163 cm, a szerokość podstawy 71 cm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 72**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, bez sygnalizacji włączenia do sieci? Sygnalizowanie tego stanu nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka z napędami elektrycznymi są one zawsze podłączone do sieci zasilającej, a o konieczności ich odłączenia od sieci, np. przy przejeżdżaniu łóżka, informuje zapis w Instrukcji Obsługi.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 73**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada dźwignię funkcji CPR oparcia pleców umieszczoną w segmencie uda, aby była dostępna także po opuszczeniu poręczy?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 74**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 410 – 840 mm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 75**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada pilot bez graficznej informacji o umiejscowieniu dźwigni mechanicznej funkcji CPR?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 76**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada pilot z możliwością zablokowania funkcji elektrycznych przez personel medyczny, z mechaniczną blokadą za pomocą dodatkowego kluczyka dołączonego do pilota?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 77**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada leże wypełnione panelami z płyty HPL, panele gładkie, łatwo odejmowane, maksymalna waga pojedynczego panelu 5,5 kg, nadające się do dezynfekcji? Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez gniazda pozycjonujące i taśmy samoszczepne.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 78**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada autoregresję segmentu uda wynoszącą 4,5 cm?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 79**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa, bez blokad, ale sztywno i mocno osadzone w gniazdach leża, co uniemożliwia ich niepożądane wypadnięcie? Pragniemy zauważyć, że zablokowany szczyt może w sytuacji zagrożenia życia przedłużyć czas uzyskania szybkiego dostępu do pacjenta.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 80**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada koła jezdne o średnicy 150 mm z metalowym, chromowanym widelcem, zaopatrzone w mechanizm centralnej blokady, dźwignie uruchamiające centralną blokadę w dwóch narożach ramy podwozia od strony nóg pacjenta?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 81**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko z szafką, z barierkami lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z trzech profili stalowych okrągłych o średnicy 25 mm, składanych wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku? W celach bezpieczeństwa barierki opuszczane są za pomocą odblokowania zatrzasku i złożenia poręczy bocznych; a stabilizacja następuje poprzez jeden ruch podniesienia poręczy.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 82**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łożko, które posiada materac w tkaninie nieprzemakalnej, oddychającej o wysokości 120 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 83**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, wykonaną z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 84**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada szerokość całkowitą wynoszącą 510 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 85**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada długość całkowitą wynoszącą 390 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 86**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada wysokość całkowitą wynoszącą 860 mm?

**Odpowiedz:** TAK, Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie 87**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w zaokrąglone uchwyty w niewielkim stopniu wystające poza obrys szafki?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 88**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada chromowane uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytania dotyczące - Załącznika nr 4, nr 5 oraz Załącznika nr 12 do SIWZ umowa §7 ust. 1:**

**Pytanie 89**

Mając na względzie zgodność treści załączników składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w załączniku nr 12 do SIWZ (umowa), zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści *Załącznika nr 4* oraz *Załącznika nr 5* w punkcie nr 11 (pozostałe wymagania) czasu reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 5 dni robocze w okresie gwarancyjnym?

**Odpowiedź:** NIE, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy oraz załączniku.

**Pytanie 90**

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie załącznika nr 13 do SIWZ oświadczenia JEDZ w formie edytowalnej.

**Odpowiedź:** Załączniki do SIWZ oraz Załącznik Nr 13 (JEDZ) są udostępnione w formie edytowalnej na stronie Zamawiającego [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**Pytania dotyczące - Załącznik nr 9 oraz Załącznik nr 12 do SIWZ umowa §7 ust. 1:**

**Pytanie 91**

Mając na względzie zgodność treści załączników składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą, z treścią wymogów zawartych w załączniku nr 12 do SIWZ (umowa), zwracamy się do Zamawiającego o zmianę fragmentu treści *Załącznika nr 9* w punkcie nr 28 (pozostałe wymagania) czasu reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 5 dni robocze w okresie gwarancyjnym?

**Odpowiedź:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytania dotyczące Części V – Wózki transportowe leżące - 10 szt.**

**Pytanie 92**

Czy Zamawiający dopuści równoważny materac dopasowany do leża o grubości min. 6,5cm, przezierny dla promieni rtg, mocowany do blatu wózka za pomocą rzepów oraz odporny na mycie i dezynfekcję?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 93**

Czy Zamawiający dopuści cztery antystatyczne koła o średnicy min. 20 cm?

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 94**

Czy Zamawiający dopuści powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne zalecane przez producenta tj. środki na bazie chloru o stężeniu 1000 ppm (stężenie może się zawierać w przedziale od 250 do 10 000 ppm w zależności od miejscowych przepisów i stanu zanieczyszczenia), ewentualnie można również stosować środki dezynfekujące na bazie alkoholu (o maksymalnym stężeniu 70%)?

*Większość dostępnych w użytku preparatów do dezynfekcji mieści się w zalecanych przedziałach*

**Odpowiedź:** TAK, Zamawiający dopuszcza.



Fundusze  
Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 95**

Czy w przypadku naprawy sprzętu Zamawiający dopuści usunięcie awarii w czasie do 5 dni (gdy nie ma konieczności ściągnięcia z zagranicy niezbędnej do naprawy części) i do 10 dni (w przypadku konieczności ściągnięcia z zagranicy niezbędnej do naprawy części)?

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

**Pytanie 96**

Czy w przypadku naprawy sprzętu Zamawiający dopuści podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 10 dni roboczych.

**Odpowiedz:** NIE, Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ.

W załączeniu do niniejszego pisma:

Zmodyfikowany Załącznik Nr 9 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne” dot.

**Części Nr VII Stół zabiegowy** (zabiegówka dzieci) – Szpitalny Oddział Ratunkowy – 1 szt.

Wykonawcy są zobowiązani składać oferty na zmienionym Załączniku Nr 9 do SIWZ.

**Termin, miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

*Z poważaniem*

*Dyrektor*

*Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie*

*lek. med. Dariusz Kaczmarek*

**Zmieniony ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ**

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR .. DO UMOWY

**CZĘŚĆ NR VII**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE**

Przedmiot zamówienia: **STÓŁ ZABIEGOWY** (zabiegówka dzieci)-Szpitalny Oddział Ratunkowy- **1 szt.**

Producent: .....

Nazwa-model/typ: .....

Kraj pochodzenia: .....

Rok produkcji: .....

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

| Lp. | PARAMETR                                                                                                                                                                                          | Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE | Parametry – potwierdzenie spełnienia wymagań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     | <b>Producent</b>                                                                                                                                                                                  |                                                |                                              |
|     | <b>Kraj pochodzenia</b>                                                                                                                                                                           |                                                |                                              |
|     | <b>Rok produkcji fabrycznie nowe</b>                                                                                                                                                              |                                                |                                              |
|     | <b>WYMAGANIA PODSTAWOWE</b>                                                                                                                                                                       |                                                |                                              |
| 1.  | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych<br>Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty) | Tak                                            |                                              |
| 2.  | Długość stołu z blatem : 2050 mm ( ± 30 mm )                                                                                                                                                      | Tak                                            |                                              |
| 3.  | Całkowita szerokość blatu : 580 mm ( ± 30 mm )                                                                                                                                                    | Tak                                            |                                              |
| 4.  | Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm ( ± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca                                                                                      | Tak                                            |                                              |
| 5.  | Regulacja oparcia pleców: - 35° do 85° ( ± 5° )                                                                                                                                                   | Tak                                            |                                              |
| 6.  | Regulacja podglówka: - 35° do 55° ( ± 5° )                                                                                                                                                        | Tak                                            |                                              |
| 7.  | Przechył Trendelenburga : 25° ( ± 5° )                                                                                                                                                            | Tak                                            |                                              |
| 8.  | Przechył anty-Trendelenburga : 10° ( ± 5° )                                                                                                                                                       | Tak                                            |                                              |
| 9.  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90° do 10° ( ± 5° )                                                                                                                | Tak                                            |                                              |
| 10. | Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0° do 180° ( ± 5° )                                                                                                           | Tak                                            |                                              |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej                                                                                                                                    | Tak                                            |                                              |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podglówka                                                                                                                          | Tak                                            |                                              |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podglówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą                                    | Tak                                            |                                              |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców                                                             | Tak                                            |                                              |
| 15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo                                                                                                                               | Tak                                            |                                              |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym                                                                                                                             | Tak                                            |                                              |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych                                                                                             | Tak                                            |                                              |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| 18.                        | Błat stołu 4-ro segmentowy:<br>- podgłówek płytowy<br>- oparcie pleców<br>- płyta lędźwiowa<br>- 2 szt. podnóżków                                                                                                                                                                                 | Tak |  |
| 19.                        | Błat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska                                                                                                                      | Tak |  |
| 20.                        | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm                                                                                                                                                           | Tak |  |
| 21.                        | Wypożyczenie stołu :<br>- ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt.<br>- wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt.<br>- podpórka ręki z korpusem mocującym – 2 szt.<br>-krążek pod głowę dla dzieci-1szt<br>-krążek pod głowę dla młodzieży-1szt | Tak |  |
| 22.                        | Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty)                                                                                                                                                                | Tak |  |
| 23.                        | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do oferty)                                                                                                                                                                                                                          | Tak |  |
| 24.                        | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta                                                                                                                                                                                                                                              | Tak |  |
| 25.                        | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne                                                                                                                                                                                                                                                | Tak |  |
| <b>WYMAGANIA POZOSTAŁE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |
| 26.                        | Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,                                                                                                                                                                                                                                                 | Tak |  |
| 27.                        | Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018                                                                                                                                                                                                                                                     | Tak |  |
| 28.                        | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych.                                                                                                                            | Tak |  |
| 29.                        | Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.                                                                                                                                                                                           | Tak |  |
| 30.                        | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.                                                                                                                                                                                                                                 | Tak |  |
| 31.                        | Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat,                                                                                                                                                                                               | Tak |  |
| 32.                        | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2 szt. i elektronicznej                                                                    | Tak |  |
| 33.                        | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.                                                                                                                                                                                                                                                | Tak |  |
| 34.                        | Szkolenie personelu technicznego                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tak |  |
| 35.                        | Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia                                                                                                                                                                                                                                     | Tak |  |
| 36.                        | Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji                                                                                                | Tak |  |

**Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.**

....., dnia ..... 2018 r.

.....  
Pieczęć imienna i podpisy osób  
uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w imieniu Wykonawcy