

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia ...02...03...-2018r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:
**NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW, AKCESORIÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO OZNACZEŃ
ELEKTROLITÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA JONOSELEKTYWNEGO DLA LABORATORIUM
ANALITYKI MEDYCZNEJ PRZY AL. POKOJU 44**

Znak sprawy: DAZ.26.011.2018

L.dz.552.../18

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1579) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Załącznik Nr 2 do siwz, Tabela 3:

Pytanie 1: poz. 1: Czy Zamawiający dopuści analizator bez czytnika kodów kreskowych?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: poz. 8: Czy Zamawiający dopuści analizator ze zintegrowanym programem kontroli jakości z pamięcią 20 wyników dla każdego z trzech poziomów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga dwukierunkowej komunikacji z siecią informatyczną czy dopuści jednokierunkową komunikację?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwukierunkowej komunikacji z siecią informatyczną. Zamawiający nie dopuszcza komunikacji jednokierunkowej z siecią informatyczną.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl. Zamawiający zachowuje wyznaczony na dzień **20.03.2018r.** termin składania i otwarcia ofert.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Dariusz Kaczmarek
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej