

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74
e-mail: szp@dala.pl

Częstochowa, dnia 29 marca 2018 r.

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018 r.

L. dz. 858/2018 r.

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup sprzętu medycznego w ramach zadania „Inwestycja w infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności centrum urazowego” - II etap.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - NR 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

Pytania dotyczące Części IV – RTG przyłóżkowe.

Pytanie 1

Dot. SIWZ – opis przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe.

Z uwagi na rozbieżność wymogów SIWZ prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy będzie wymagał dołączenia kart katalogowych/ folderów do oferty, czy na wezwanie od Wykonawcy którego oferta zostanie najwyższej oceniona?

Odpowiedz: Proszę złożyć ofertę zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dot. SIWZ – opis przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe.

Foldery/ katalogi producenta są ustandaryzowane i w związku z tym mogą nie zawierać wszystkich wymaganych przez Zamawiającego parametrów. Czy dla parametrów nie uwzględnionych w katalogach producenta Zamawiający zaakceptuje złożenie oświadczenia przez Wykonawcę?

Odpowiedz: Opis, o którym mowa w § 6 ust. 9 pkt. 1) oraz ust. 14 pkt. 4) SIWZ jest katalogiem otwartym, w związku z tym parametry nie uwzględnione w kartach katalogowych, mogą być potwierdzone w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę.

Pytanie 3

Dot. SIWZ – termin wykonania zamówienia.

Czy Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia we wskazanym przedziale czasowym (23.07.2018-27.07.2018), czy termin ten dotyczy tylko dostawy?

Odpowiedz: Zgodnie z opisem w SIWZ Zamawiający wymaga aby wykonanie całości wykonania zamówienia mieściła się we wskazanym przedziale czasowym, tj. 23.07.2018 – 27.07.2018 r.



Pytanie 4

Dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE – pkt 39.

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić ten punkt ze specyfikacji? Zamawiający kupuje przewoźny, dobrze wyposażony, analogowy aparat RTG z własnym napędem silnikowym, z pomiarem dawki DAP i bezprzewodowym pilotem, a do tak skonfigurowanego aparatu nie ma właściwie innych opcji do dokupienia. Tym samym zapis jest niepotrzebny. W punkcie 38, Zamawiający wymaga dostępności części zamiennych przez kolejne 10 lat co zapewni ciągłość pracy.

Zwracamy również uwagę, że Wykonawcy biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Polsce nie są producentami urządzeń, a tylko producent mógłby złożyć tego rodzaju zapewnienie. Z uwagi na fakt, że producenci takich zapewnień co do zasady nie składają, wykonawca też nie może takiego zapewnienie złożyć.

Odpowiedz: Jeżeli zaproponowany aparat RTG spełnia wszystkie wymogi opisane parametrami technicznymi oraz fakt, że aparat nie posiada innych opcji do dokupienia w teraźniejszości oraz w przyszłych latach eksploatacji, proszę w rubryce opisać podstawowe najważniejsze funkcje. Pozostałe zapisy po stronie Zamawiającego pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE, tytuł sekcji punktów nr 25 – 28.

Czy tytuł tej sekcji punktów nie powinien brzmieć np. „Wyposażenie”? Zgodnie z zapisem punktu 1 Zamawiający zamierza kupić „analogowy aparat RTG z własnym napędem silnikowym”, taki system z definicji nie jest wyposażony w detektor, tym samym zapis „Detektor i tor obrazowy” wydaje się być oczywistą pomyłką.

Odpowiedz: Zamawiający zmienia opis sekcji od 25-28 jako WYPOSAŻENIE. Powstały błąd jest oczywistą omyłką pisarską. W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 6

Dot. pkt. 34, 35 i 37 Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE oraz par. 7 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie zapisów z pkt. 34 i 35 z pkt. 37 Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE oraz par. 7 wzoru umowy? W chwili obecnej zapisy we wskazanych punktach są ze sobą niespójne.

W celu usunięcia tej niespójności uprzejmie prosimy o zastąpienie zapisów w tabeli oraz zapisów par. 7 wzoru umowy terminami proponowanymi w pytaniu poniżej.

Odpowiedz: Pkt 34 i 35 zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ, Zamawiający ujednolica zapisy co do pkt 37.

Pytanie 7

Dot. pkt. 37 Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE.

Czy Zamawiający zaakceptuje termin zakończenia naprawy wynoszący 3 dni robocze, jeżeli do naprawy nie jest wymagany zakup części zamiennych za granicą i 5 dni roboczych, jeżeli do naprawy konieczny jest zakup części zamiennych za granicą? Dni robocze to dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W okresie pogwarancyjnym naprawy będą realizowane na podstawie odrębnej umowy.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza zapis zaproponowany przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Dot. pkt. 38 Opisu przedmiotu Zamówienia RTG PRZYŁÓŻKOWE.

Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę treści na poniższą:

„Zapewnienie możliwości zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, dla sprzętu IT 5 lat”?

Odpowiedz: Pkt 38, dla sprzętu IT 8 lat, pozostałe informacje (zapis) pkt. 38 bez zmian. W załączeniu zmieniony Załącznik Nr 6 do SIWZ.



Pytanie 9

Dot. par. 3 ust. 2-3 wzoru umowy.

Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty dostarczenia i instalacji sprzętu. W związku z powyższym czy datą sprzedaży będzie data dostawy czy data szkolenia?

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dot. par. 4 ust. 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „oświadcza” określeniem gwarantuje? . Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest mylące. Właściwymi są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dot. par. 5 ust. 2 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„W okresie gwarancji koszty obowiązkowych przeglądów i **zalecanych przez producenta do wykonania w trakcie przeglądu** usług serwisowych sprzętu wynikających z instrukcji obsługi w pełnej wysokości obciążają Wykonawcę”?*

Powyższe ma na celu doprecyzowania tego postanowienia.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dot. par. 6 ust. 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju sprzętu lub osprzętu z powodu **wywołanej wadą gwarancyjną** awarii, który upłynął od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy do chwili usunięcia awarii potwierdzonego protokołem odbiorczym/raportem serwisowym podpisanym przez Kierownika Działu Aparatury Medycznej i Teletechniki oraz uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, **niezależnie od rodzaju wady / awarii ani sposobu jej usunięcia.**”?*

Powyższe ma na celu doprecyzowania tego postanowienia.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dot. par. 6 ust. 4 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ustępu 4 poniższymi zapisami:

„Wykonawca, w ramach gwarancji, zobowiązany jest usunąć, na swój koszt, wadę przedmiotu umowy, za którą ponosi odpowiedzialność. Sposób usunięcia wady określa – według własnego uznania - Wykonawca. Ani naprawa istotna, ani wymiana urządzenia, ani wymiana części, modułu lub podzespołu w trakcie usuwania wady nie powodują wznowienia okresu gwarancji, jednak jej termin ulega przedłużeniu o czas trwania niesprawności urządzenia, uniemożliwiającej korzystanie z niego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe.



Gwarancją nie są objęte w szczególności:

1) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek:

a) eksploatacji urządzenia przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi urządzenia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi, w tym losowymi, tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.);

3) materiały eksploatacyjne.”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dot. par. 6 ust. 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wymiany sprzętu na nowy? Jest to uzasadnione faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

*„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany **istotnego elementu/podzespołu** sprzętu na nowy w przypadku dokonania w okresie **i w ramach** gwarancji 3 napraw tego samego istotnego elementu/podzespołu.”?*

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Dot. par. 6 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w par. 6 kolejnego ustępu o poniższej treści:

*„**Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu i obowiązki Wykonawcy w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?***

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków rękojmi.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16

Dot. par. 7 ust. 1 wzoru umowy.

Czy z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów, jak również względy formalne (m. in. pozwolenia wydawane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną na użytkowanie aparatu o wskazanym numerze seryjnym) Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego?

Odpowiedz: Podstawienie aparatu zastępczego w przypadku awarii trwającej powyżej 7 dni roboczych. Stosowne zmiany wynikające z powyższej odpowiedzi zostaną wprowadzone do umów jakie będą zawierane z Wykonawcami którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych części.



Pytanie 17

Dot. par. 8 ust. 1-3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępów 1-3 i zastąpienie ich poniższą treścią:

„Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną przez Zamawiającego wady, wówczas:

- 1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, przy czym nie dotyczy to wad nieistotnych, które nie będą podstawą odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru. Wady takie zostaną wskazane w protokole odbioru a Wykonawca usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie. Przez wady nieistotne rozumie się w szczególności wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,***
- 2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania wadliwej części przedmiotu umowy po raz drugi,***
- 3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnego z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową odpowiednio do utraconej wartości technicznej i użytkowej przedmiotu umowy.”?***

Powyższe ma na celu doprecyzowanie procedur odbiorowych. Zwracamy przy tym uwagę, że po odbiorze urządzenia ewentualne wady urządzenia podlegają już procedurom gwarancyjnym a nie odbiorowym.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18

Dot. par. 8 ust. 4 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z wymagania wymiany sprzętu, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów? Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Dot. par. 10 ust. 3 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„W przypadku **opóźnienia** w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości **określonej w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.**”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie tego postanowienia, tak by uniknąć ewentualnych wątpliwości w przyszłości.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę. Stosowne zmiany wynikające z powyższej odpowiedzi zostaną wprowadzone do umów jakie będą zawierane z Wykonawcami którzy złożą najkorzystniejsze oferty w ramach poszczególnych części.

Pytanie 20

Dot. par. 10 ust. 4 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Wykonawca **oświadcza**, że jakiejkolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. ~~Wykonawca gwarantuje, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na~~



~~inny podmiot. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie może udzielić upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.”?~~

Pragniemy zauważyć, że Zamawiający, nie ma prawa żądać tego rodzaju oświadczeń ze strony Wykonawcy. Byłoby to naruszenie ustawowej swobody prowadzenia działalności gospodarczej i nieuprawnione ograniczenie dostępu wykonawców do zamówień publicznych. W ustawie o działalności leczniczej ustawodawca określił zakres uprawnień Zamawiającego w tym zakresie – art.54 ustawy.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21

Dot. par. 10 ust. 6 wzoru umowy.

Zamawiający chce otrzymać fakturę razem z dostawą sprzętu. Czy wobec powyższego Zamawiający zaakceptuje wystawienie faktury przed datą dostawy sprzętu, aby mógł otrzymać fakturę razem ze sprzętem?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga aby otrzymać fakturę oraz wszystkie opisane w umowie dokumenty wraz z dostawą sprzętu.

Pytanie 22

Dot. par. 11 ust. 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia na poniższe:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych w przypadku i wysokościach określonych umową:

*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku **nie dotrzymania terminu określonej w §3 ust.1 umowy** w wysokości **0,2%** wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień **zwłoki** ponad termin określony w § 3 ust.1 niniejszej umowy,*

~~*Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieterminowego przeszkolenia personelu Zamawiającego, w wysokości 0,5% wartości zamówienia brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy za każdy dzień opóźnienia ponad terminy określone w § 3 umowy.*~~

*w przypadku przekroczenia deklarowanego czasu przystąpienia do naprawy sprzętu lub osprzętu lub przekroczenia czasu naprawy określonego w § 7 ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,2%** wartości brutto zamówienia określonej w § 2 ust. 3 umowy, za każdy dzień **zwłoki**,*

*Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości **10%** wartości brutto określonej w § 2 ust. 3 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od niniejszej umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego na podstawie § 12 ust. 1 umowy.*

~~*Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości **20 %** wartości brutto części (której dotyczy) za każdy przypadek, za niedostarczenie dokumentów o których mowa w § 4 ust. 5 umowy.”?*~~

Zgodnie z art.476 Kodeksu cywilnego, Wykonawca odpowiada za opóźnienie, za które ponosi odpowiedzialność, czyli właśnie zwłokę.

Prosimy o zmniejszenie kary tak, by odpowiadała ona praktyce stosowane zarówno w zamówieniach publicznych, jak i prywatnych. Tym bardziej, że Zamawiający zastrzegł jednocześnie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad zastrzeżone kary umowne, więc jego interesy w tym zakresie są w pełni chronione.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 23

Dot. par. 12 ust. 1 wzoru umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie ustępu 1 z uwagi na wcześniejsze propozycje Wykonawcy w zakresie procedur odbiorowych?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące Części I – Kardiomonitoring.

Pytanie 24

Ip. 4. Czy Zamawiający dopuści monitor z chłodzeniem wymuszonym za pomocą wbudowanego wentylatora?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25

Ip. 14. Czy Zamawiający dopuści monitor o masie 7 kg?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26

Ip. 21. Czy Zamawiający dopuści pamięć 60 zdarzeń alarmowych zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm, o długości ustawianej w zakresie 8 – 32 sekundy?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Ip. 31. Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru tętna ± 3 ud/min w zakresie 20–250 ud/min?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Ip. 36. Czy spełnią wymagania Zamawiającego przewody przystosowane do podłączania przetworników typu Argon?

Odpowiedz: TAK, przewody przystosowane do podłączenia typ argon spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytania dotyczące Część 1, ad §11 ust.1 pkt. 1), 2), 3), 4) umowy.

Pytanie 29

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści możliwość zmniejszenia kar umownych do wysokości;

ad pkt. 1) 0,2%

ad pkt. 2) 0,2%

ad pkt. 3) 0,2%

ad pkt. 4) i 5) 10%

oraz ad pkt. 1) i 3) uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości odniesienia kary umownej do wartości niedostarczonego produktu/ów lub produktu/produktów dla których Wykonawca przekracza czas przystąpienia do naprawy lub naprawy.

Uzasadnienie: wystąpienie opisanych w w/w punktach umowy przesłanek najczęściej spowodowane jest uzasadnioną przyczyną, za którą Wykonawca nie ponosi winy a wysokość kary opisana w SIWZ (umowie) jest niewspółmiernie wysoka do szkody, jaką może ponieść Zamawiający. Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania, kara umowna powinna być adekwatna do szkody jaką może ponieść Zamawiający i nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące Części V.

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe o szerokości całkowitej 870 mm ?

Odpowiedz: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z regulacją wysokości leża w zakresie 46-80 cm. ?

Odpowiedz: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-70° ?

Odpowiedz: NIE, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe z uchwytami do manewrowania bez regulacji ich wysokości, co w żaden sposób nie poprawia walorów użytkowych wózka ?

Odpowiedz: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe wyposażone w barierki boczne wykonane ze stali węglowej lakierowane proszkowo ?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe bez możliwości montażu szyn typu Medirali ?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36

Czy Zamawiający dopuści wózki transportowe bez półki na monitor ?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące Części I – Kardiomonitoring.

Pytanie 37

Ip. 37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jakiego typu i jakiego producenta kolumny, na których miałyby być montowane ramiona do zawieszenia kardiomonitorów, posiada Zamawiający? Ma to znaczenie w kontekście prawidłowego przygotowania oferty i kalkulacji cenowej.

Odpowiedz: Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego DAZ.26.033.2017 „ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH PROJEKTU PN.: „INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZĘSTOCHOWIE W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO”. Kolumny i panele na których mają być montowane ramiona kardiomonitorów opisano w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane. Wyniki postępowanie znajduje się na stronie internetowej www.spitalparkitka.com.pl w zakładce zamówienia publiczne.

W postępowaniu przetargowym kolumny i panele do których mają być montowane kardiomonitoringy opisano jak poniżej:

I.

Panel elektryczno – gazowy wykonany jako jednostka zasilania medycznego klasy IIb zgodnie z normą PN-EN ISO 11197:2009 potwierdzone deklaracją zgodności wytwórcy CE wraz z Certyfikatem Jednostki Notyfikowanej upoważniającym do produkcji oferowanych wyrobów. Poziomy, jedno stanowiskowy panel nadłóżkowy mocowany do ściany, ze zintegrowanymi w nim gniazdami elektrycznymi (gniazda w modułach 45x45mm), teletechnicznymi oraz oświetleniem. Konstrukcja panelu umożliwiająca montaż oświetlenia, gniazd elektrycznych, gniazd RJ45 tak, aby po zamontowaniu elementy te nie były widoczne patrząc w osi prostopadłej do



frontu. Geometria korpusu aluminiowego: front gładki, jednolity, brak łączeń widocznych od przodu, monolityczny. Wysokość osi zamocowania panelu 1600 mm. Panel składa się z profilu aluminiowego mocowanego do ściany z odrębnym kanałem gazowym, elektrycznym i oświetleniowym. Każdy panel posiada półkę na aparaturę medyczną, wymiarów 350x350mm i udźwigu 10 kg oraz wieszak na kroplówki. Wieszak oraz półkę muszą być zamontowane w zintegrowanym kanale pod panelem oraz przesuwne na całej długości. Wymaga się systemu zaczepiania bez użycia narzędzi. Monolityczna konstrukcja obudowy, ściągana w całości razem z bokami. Całość panelu razem z bokami wykonana ze szczotkowanego aluminium – ten sam materiał na front i boki panelu. Dostęp do wnętrza panelu wyłącznie po ściągnięciu frontowej obudowy. Obudowa frontowa na stałe powiązana z bokami pod kątem 90°. Półki i uchwyty zaczepiane do kanału poprzez dedykowane zaczepy po prawej stronie panelu. Oświetlenie z górnej lampy panelu min 100Lx średniej na pomieszczenie. Wymagane jest dołączenie obliczeń DIALUX. Oświetlenie musi być w pełni LED'owe, zapalane z manipulatorów. Uruchamiane w sposób płynny (z możliwością regulacji natężenia). Gazy medyczne oraz gniazda elektryczne umieszczone po przeciwnej stronie panelu gazy po prawej, elektryka po lewej stronie.

Wymiary panelu:

- głębokość 166mm,
- wysokość 160mm,
- szerokość 1500mm.

Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- gniazdo O2 1 szt.
- gniazdo VAC 1 szt.

Cechy panelu:

- wytrzymałe, aluminiowe, anodowane popychacze punktów poboru,
- jednolity front ze zintegrowanymi bokami z anodowanego aluminium szczotkowanego,
- od frontu wyłącznie popychacze punktów poboru,
- front zakrywający cały gabaryt panelu wraz z bokami bez żadnych widocznych pokryw, połączeń, zatrzasków, śrub, nitów,
- systemowy kanał do podwieszania osprzętu medycznego zamontowany pod spodem: półki, wieszaki zintegrowane z konstrukcją panelu

Gniazda elektryczne 230V z bolcem uziemienia (1 obwód) – 4 szt.

Punkt wyrównania potencjałów – 1 szt.

Otworowanie pod wskazany system przyzywowy – 1 szt.

Przygotowanie pod gniazda teletechniczne – 1szt.

Oświetlenie nocne LED min. 2-3W, barwa ciepła, włączane z pilota przyzywu

Oświetlenie miejscowe LED –min. 24W, Ra min. 80, barwa ciepła (do uzgodnienia z użytkownikiem), statecznik elektroniczny klasy A2, oświetlenie włączane z pilota przyzywu. Rekomenduje się gniazda w module 45x45 dedykowane instalacji przyzywowej.

II.

Słup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do stropu i podłogi z osłoną na suficie podwieszonym. Konstrukcja główna (korpus) wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Możliwość wyboru koloru korpusu lub elementów pokryw wg życzenia personelu (kolor RAL). Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną listwę zasilającą. Przekrój słupa sześcioboczny lub ośmioboczny z zaokrąglonymi narożnikami. Wewnętrzne orurowanie w całości wykonane z miedzi.

Gniazda gazów medycznych

(standard AGA lub DIN do uzgodnienia)

- 1xO2,
- 1xVAC,
- 1xAIR.
- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz - 8 szt.
- gniazdo ekwipotencjalne - 6 szt.

Urządzenie wyposażone w min. 4 obwody elektryczne. Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Użytkownika (zaśleпки)-4szt przygotowanie pod przyzyw -1szt

Na całej wysokości słupa min. 2 kanały/ prowadnice pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe

2x Nierdzewna rura nośna do pomp infuzyjnych, długość min 120cm, nośność min. 30kg

1x Wysięgnik łamany o zasięgu łącznym min 30cm z wieszakiem czterohakowym do płynów infuzyjnych, długość min 100cm, nośność min.

1,5kg/hak

2x Półka, mocowana na rurze, z możliwością przestawiania położenia w pionie.



Powierzchnia półki min. 25x30cm
2x szyna medyczna 10x25mm długość ok. 35-40cm
1x Ramię łamano-uchylne na monitor
1x Oświetlenie nocne LED zamocowane przy podłodze
1x Lampa zabiegowa w technologii białych LED, montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie słupa , natężenie światła min. 60.000 lux/0,5m z możliwością regulacji, pole oświetleniowe min 17cm , Ra min 95; temperatur a barwowa min 2 różne wartości z zakresu 3500K-5000K, wysięgnik łamany o zasięgu min 80cm.

III.

Słup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do stropu i podłogi z osłoną na suficie podwieszonym
Konstrukcja główna (korpus) wykonana z profili aluminiowych anodowanych.

Możliwość wyboru koloru korpusu lub elementów pokryw wg życzenia personelu (kolor RAL).

Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną listwę zasilającą. Przekrój słupa sześć- lub ośmioboczny z zaokrąglonymi narożami. Wewnętrzne orurowanie w całości wykonane z miedzi.

Gniazda gazów medycznych (standard AGA lub DIN do uzgodnienia)

- 2xO₂,

- 2xVAC,

-2xAIR.

- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz – 2x8 szt.

- gniazdo ekwipotencjalne – 2x6 szt.

Urządzenie wyposażone w min. 4 obwody elektryczne

Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Użytkownika (zaślepki)-2x4szt

przygotowanie pod przyzyw -2x1szt

Na całej wysokości słupa min. 2 kanały/ prowadnice pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe

2x Nierdzewna rura nośna do pomp infuzyjnych, długość min 120cm, nośność min.30kg

2x Wysięgnik łamany o zasięgu łącznym min 30cm z wieszakiem czterohakowym do płynów infuzyjnych, długość min 100cm, nośność min.

1,5kg/hak

4x Półka, mocowana na rurze, z możliwością przestawiania położenia w pionie.

Powierzchnia półki min. 25x30cm

2x szyna medyczna 10x25mm długość ok. 35-40cm

2x Ramię łamano-uchylne na monitor

2x Oświetlenie nocne LED zamocowane przy podłodze

2x Lampa zabiegowa w technologii białych LED, montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie słupa , natężenie światła min. 60.000 lux/0,5m z możliwością regulacji, pole oświetleniowe min 17cm, Ra min 95; temperatur a barwowa min 2 różne wartości z zakresu 3500K-5000K, wysięgnik łamany o zasięgu min 80cm.

Wymagane certyfikaty

IV.

Słup rozporowy, jednostanowiskowy, mocowanie do stropu i podłogi z osłoną na suficie podwieszonym
Konstrukcja główna (korpus) wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Możliwość wyboru koloru korpusu lub elementów pokryw wg życzenia personelu (kolor RAL). Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną listwę zasilającą. Przekrój słupa sześć- lub ośmioboczny z zaokrąglonymi narożami. Wewnętrzne orurowanie w całości wykonane z miedzi.

Gniazda gazów medycznych

(standard AGA lub DIN do uzgodnienia)

- 8xO₂,

- 6xVAC,

-6xAIR.

- gniazdo elektryczne. 230V/50Hz – 2x16 szt.

- gniazdo ekwipotencjalne – 2x12 szt.

Urządzenie wyposażone w min. 4 obwody elektryczne

Przygotowanie pod instalacje teletechniczne Użytkownika (zaślepki)-2x4szt przygotowanie pod przyzyw -2x1szt

Na całej wysokości słupa min. 2 kanały/ prowadnice pionowe przystosowane do mocowania dodatkowego wyposażenia.

Wyposażenie dodatkowe

2x Nierdzewna rura nośna do pomp infuzyjnych, długość min 120cm, nośność min.30kg

2x Wysięgnik łamany o zasięgu łącznym min 30cm z wieszakiem czterohakowym do płynów infuzyjnych, długość min 100cm, nośność min.



1,5kg/hak

4x Półka, mocowana na rurze, z możliwością przestawiania położenia w pionie.

Powierzchnia półki min. 25x30cm

2x szyna medyczna 10x25mm długość ok. 35-40cm

2x Ramię łamano-uchylne na monitor

2x Oświetlenie nocne LED zamocowane przy podłodze

2x Lampa zabiegowa w technologii białych LED, montowana na szynie 10x25 mm lub na korpusie słupa, natężenie światła min. 60.000 lux/0,5m z możliwością regulacji, pole oświetleniowe min 17cm, Ra min 95; temperatura barwowa min 2 różne wartości z zakresu 3500K-5000K, wysięgnik łamany o zasięgu min 80cm.

V.

Kolumna resuscytacyjna

Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną w skład którego wchodzi następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. Kolumna z ramieniem o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min.1000mm. Części ramienia jednakowej długości łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu minimum d=100mm zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330°, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. Wysięgnik kolumny wyposażony w elektromagnetyczne (bez wykorzystywania sprężonego powietrza) hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby) Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie półki lub uchwytach na konsoli. Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie półki lub uchwytach na konsoli. Minimum z przodu głowicy zasilającej zainstalowane na jej całej długości pionowa prowadnica/e do mocowania półek i innego wyposażenia. Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne rozmieszczone na głowicy częściowo po lewej i częściowo po prawej stronie. Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA

lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie):

- 2xO₂

- 2xAIR

- 1xVAC

- 1xN₂O

Odciąg gazów poanestetycznych AGSS - 1 szt. gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia – 12 szt. (min. dwa obwody) gniazda wyrównania potencjałów - 10 szt

Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). Półka pod aparaturę medyczną zamontowana pod konsolą, z możliwością regulacji wysokości położenia, o wymiarach 450/500 mm +/- 10%, z min. 2 stron szyny do zawieszenia sprzętu dodatkowego, na narożach przednich i tylnych odboje, nośność półki min. 50 kg. - 1 szt. Szuflada o wysokości min. 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowana pod półką, - 1 szt. Drażek min. d30 na osprzęt (np. pompy infuzyjne, półkę obrotową) z możliwością obrotu na lewą lub prawą stronę kolumny (bez konieczności przemontowywania) na ramieniu o zasięgu min 35cm – 1 szt. Półka na kardiomonitor ok. 200/300mm montowana na drażek o średnicy min d30, z możliwością regulacji położenia w pionie – 1 szt. Wieszak czterohakowy na kroplówki, na ramieniu, montowany na drażek d30 – 1 szt. Kosz nierdzewny na cewniki montowany na szynie medycznej – 1 szt Kosz nierdzewny na drobny sprzęt montowany na szynie medycznej – 1 szt Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzętów dodatkowych, długość ok. 350-400mm; Zamontowane na konsoli lub prowadnicach nośnych - 2 szt Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia. Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) powyżej 100 kg. Konstrukcja i wyposażenie głowicy zapewnia możliwość swobodnej pracy po przesuwaniu kolumny na obie strony stołu. Kolor frontów konsoli zasilającej do wyboru przez Użytkownika wg palety RAL.

Pytania dotyczące Część V – Wózki transportowe leżące – łącznie 10 szt.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający długość całkowitą 209 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, podany parametr zgodny z wymogami SIWZ.

Pytanie 39

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający szerokość całkowitą 79 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, podany parametr zgodny z wymogami SIWZ.

Pytanie 40

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający leże o długości 192 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, podany parametr zgodny z wymogami SIWZ.

Pytanie 41

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych posiadający leże o szerokości 65 cm?

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza, podany parametr zgodny z wymogami SIWZ.

Pytanie 42

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z konstrukcją w której siłowniki hydrauliczne nie są ukryte pod pokrywą podwozia?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 43

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją wysokości leża w zakresie od 57 do 91 cm?

Odpowiedz: Tak Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją kąta segmentu oparcia pleców w zakresie od 0 do 65 stopni?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 45

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w dwa uchwyty do manewrowania w formie pałków ze stali nierdzewnej – jeden od strony głowy pacjenta a drugi od strony nóg pacjenta, o stałej wysokości?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 46

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w wieszak kroplówki z możliwością mocowania w czterech narożnikach ramy leża, bez możliwości przechowywania w podstawie wózka?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 47

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych bez możliwości zamontowania szyny typu Medirail?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 48

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w półkę na monitor, bez możliwości jej składania jednak z możliwością jej demontażu?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac o grubości 5 cm?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 50

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych wyposażony w materac odporny na mycie i dezynfekcję, w nieprzemakalnej tkaninie typu skaj, bez właściwości oddychających?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytania dotyczące Część VII - Stół zabiegowy – 1 szt.

Pytanie 51

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół zabiegowy wyposażony w materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego pokrytego materiałem antystatycznym?

Odpowiedz: Nie, Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

Pytanie 52

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu w punkcie 23 tabeli technicznej dotyczącego antybakteryjności tworzywa, gdyż w opisanym stole nie występują np. tworzywowe osłony, których taki zapis mógłby dotyczyć.

Odpowiedz: Zamawiający wykreślił zapis w pkt 23, powstał błąd jest omyłka pisarską.

Pytania dotyczą Załącznika Nr 3 do SIWZ – Część nr I – Kardiomonitor (9szt) + centrala (1szt).

Pytanie 53

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prezentacją ST w postaci wartości liczbowych na ekranie głównym kardiomonitora z możliwością ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST dla wszystkich kanałów i zapisywaniem pomiarów w pamięci trendów?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 54

Do podłączenia jakich przetworników pomiarowych ciśnienia inwazyjnego (producent) do monitora, Zamawiający wymaga kabli?

Odpowiedz: Zamawiający wymaga kabli Becton Dickinson.

Pytanie 55

Jakiego producenta kardiomonitora posiada Zamawiający na oddziale SOR skoro wymagana jest kompatybilność centrali z posiadanymi kardiomonitorami?

Odpowiedz: Zgodnie z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego w ramach zadania „Inwestycja w Infrastrukturę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu osiągnięcia pełnej funkcjonalności Centrum Urazowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DRÄGER POLSKA Sp. z o.o. z kardiomonitorem Vista 120. (Nr sprawy: DAZ.26.079.2017).



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Pytanie 56

Czy Zamawiający będzie podłączał posiadane aktualnie kardiomonitoring na SOR do zakupionej w tym postępowaniu centrali?

Odpowiedz: Tak, Zamawiający będzie podłączał posiadane aktualnie kardiomonitoring na SOR do zakupionej w tym postępowaniu centrali

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W załączeniu do niniejszego pisma:

1. Zmieniony Załącznik Nr 6 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne, dot. **Części Nr IV - RTG przyłóżkowe** – Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.
2. Zmieniony Załącznik Nr 9 do SIWZ pn. Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne, dot. **Części Nr VII - Stół zabiegowy** (zabiegówka dzieci) – Szpitalny Oddział Ratunkowy - 1 szt.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Z poważaniem

***Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie***

lek. med. Dariusz Kaczmarek

CZĘŚĆ NR IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: **RTG PRZYŁÓŻKOWE** - Szpitalny Oddział Ratunkowy - **1 szt.**

Producent:

Nazwa-model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

WYMAGANIA TECHNICZNE

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
Wymagania ogólne					
1.	Mobilny analogowy aparat RTG z własnym napędem silnikowym . Aparat fabrycznie nowy, nie rekondukcjonowany, nie powystawowy. Rok produkcji aparatu 2018. Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat . Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, wyprodukowane przez tego samego producenta	Wymagany			Bez punktacji
GENERATOR, Lampa RTG					
2.	Moc generatora ≥ 25 kW (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms)	TAK, podać			Bez punktacji
3.	Max natężenie prądu lampy ≥ 450 mA	TAK, podać			Bez punktacji
4.	Zakres napięć min: 40 - 130 kV	TAK, podać			Bez punktacji
5.	Zakres nastaw mAs co najmniej w zakresie 0,32 -360 mAs	TAK, podać			Bez punktacji



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
6.	Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms	TAK, podać			Bez punktacji
7.	Wielkość największego ogniska lampy RTG $\leq 1,2$ (Zgodnie z IEC 60336)	TAK, podać			Min. wielkość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
8.	Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU	TAK, podać			Bez punktacji
9.	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1000 kHU	TAK, podać			Bez punktacji
10.	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody ≥ 8000 obr/min	TAK, podać			Bez punktacji
11.	Zintegrowany system pomiaru dawki DAP	TAK			Bez punktacji
12.	Świetlny symulator pola ekspozycji	TAK			Bez punktacji
13.	Obrót kolimatora $\geq \pm 90^\circ$	TAK, podać			Bez punktacji
14.	Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu	TAK			Bez punktacji
15.	Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu)	TAK			Bez punktacji
Statyw aparatu- konstrukcja mechaniczna, napęd					
16.	Minimalna wysokość ogniska nad podłogą ≤ 50 cm	TAK, podać			Bez punktacji
17.	Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą ≥ 210 cm	TAK, podać			Bez punktacji
18.	Szerokość aparatu ≤ 60 cm	TAK, podać			Min wartość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
19.	Wysokość aparatu podczas transportu ≤ 160 cm	TAK, podać			Bez punktacji
20.	Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) ≥ 120 cm	TAK, podać			Bez punktacji



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
21.	Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym	TAK			Bez punktacji
22.	Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu	TAK			Bez punktacji
23.	Masa aparatu (z akumulatorami) ≤ 310 kg	TAK, podać			Min wartość – 10 pkt., graniczna 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie
24.	Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy ramienia – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych, bez kabli w osłonkach)	TAK			Bez punktacji
WYPOSAŻENIE					
25.	Komora dozymetryczna do pomiaru dawki (DAP)	TAK			Bez punktacji
26.	Przycisk ekspozycyjny na kablu, długości min. 4 m	TAK			Bez punktacji
27.	Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji, zasięg min 8 m	TAK			Bez punktacji
28.	Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka)	TAK			Bez punktacji
INNE					
29.	Aparatura nowa, rok produkcji 2018	Tak			Bez punktacji
30.	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2szt i elektronicznej	Tak			Bez punktacji
31.	Wykonanie testów akceptacyjnych poinstalacyjnych potwierdzonych protokołem	Tak			Bez punktacji
32.	Serwis autoryzowany na terenie Polski Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem	Tak			Bez punktacji
33.	Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem	Tak			Bez punktacji



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany	Ocena punktowa	Określenie punktacji
34.	Czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 24 h.	Tak			Bez punktacji
35.	Czas na wykonanie naprawy za wyjątkiem sytuacji kiedy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych z zagranicy max. 48 h	Tak			Bez punktacji
36.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego zakresie obsługi i eksploatacji	Tak			Bez punktacji
37.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. 5 dni roboczych.	Tak			Bez punktacji
38.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat, dla sprzętu IT 8 lat.	Tak			Bez punktacji
39.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.	Tak			Bez punktacji
40.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń	Tak			Bez punktacji
41.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji	Tak			Bez punktacji

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty opis przedmiotu zamówienia np.: opisy, karty katalogowe, foldery, materiały informacyjne oferowanego asortymentu w języku polskim, potwierdzający spełnienie opisanych przez Zamawiającego parametrów - wymaganych w Załączniku Nr 6 do SIWZ, pn Opis przedmiotu zamówienia/Parametry techniczne (dla Części Nr IV) z zaznaczeniem której części i pozycji dotyczą. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. **Opis przedmiotu zamówienia z uwagi na zastosowanie kryterium oceny jakości (parametry techniczne) stanowi treść oferty. Nie dołączenie do oferty opisu przedmiotu zamówienia (uwzględnia m.in. elementy oceniane) spowoduje odrzucenie oferty.**



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



....., dnia 2018 r.

.....
*Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ

Znak sprawy: DAZ.26.013.2018

ZAŁĄCZNIK NR .. DO UMOWY

CZĘŚĆ NR VII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiot zamówienia: **STÓŁ ZABIEGOWY** (zabiegówka dzieci)- Szpitalny Oddział Ratunkowy – **1 szt.**

Producent:

Nazwa-model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

WYMAGANIA TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	Wymagany parametr (spełnienie wymagań) TAK/NIE	Parametry – potwierdzenie spełnienia wymogów
	Producent		
	Kraj pochodzenia		
	Rok produkcji fabrycznie nowe		
	WYMAGANIA PODSTAWOWE		
1.	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych Wszystkie poniższe parametry potwierdzone Oświadczeniem producenta w języku producenta i w języku polskim (dołączyć do oferty)	Tak	
2.	Długość stołu z blatem : 2050 mm (± 30 mm)	Tak	
3.	Całkowita szerokość blatu : 580 mm (± 30 mm)	Tak	
4.	Regulacja wysokości blatu: 840 do 1020 mm (± 30 mm). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca	Tak	
5.	Regulacja oparcia pleców: - 35° do 85° (± 5°)	Tak	
6.	Regulacja podglówka: - 35° do 55° (± 5°)	Tak	
7.	Przechył Trendelenburga : 25° (± 5°)	Tak	
8.	Przechył anty-Trendelenburga : 10° (± 5°)	Tak	
9.	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 90° do 10° (± 5°)	Tak	
10.	Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0° do 180° (± 5°)	Tak	
11.	Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej	Tak	
12.	Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podglówka	Tak	
13.	Regulacja segmentu oparcia pleców, podglówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	Tak	
14.	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców	Tak	
15.	Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo	Tak	
16.	Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym	Tak	
17.	Stół z zaciskiem wyrównywania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych	Tak	



18.	Błat stołu 4-ro segmentowy: - podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków	Tak	
19.	Błat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska	Tak	
20.	Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm	Tak	
21.	Wypożyczenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym – 1 szt. - podpórka ręki z korpusem mocującym – 2 szt. -krążek pod głowę dla dzieci-1szt -krążek pod głowę dla młodzieży-1szt	Tak	
22.	Okres udzielonej gwarancji potwierdzony przez producenta w języku producenta i w języku polskim (potwierdzenie dołączyć do oferty)	Tak	
23.	Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta	Tak	
24.	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne	Tak	
WYMAGANIA POZOSTAŁE			
25.	Podać inne funkcje i akcesoria oferowane w cenie,	Tak	
26.	Aparatura fabrycznie nowa, rok produkcji 2018	Tak	
27.	Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) max. 2 dni robocze w okresie gwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych.	Tak	
28.	Podstawienie aparatury zastępczej na czas naprawy w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych.	Tak	
29.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.	Tak	
30.	Zakupu części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 10 lat,	Tak	
31.	Kontynuacja produkcji aparatu lub jego wersji rozwojowych przez co najmniej 4 lata wraz z możliwością rozbudowy o inne moduły.	Tak	
32.	Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie dostarczona wraz z urządzeniem w postaci papierowej-2 szt. i elektronicznej	Tak	
33.	Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi.	Tak	
34.	Szkolenie personelu technicznego	Tak	
35.	Założenie paszportu technicznego dla dostarczonego urządzenia	Tak	
36.	Nieodpłatne przeglądy okresowe dostarczonego sprzętu zgodnie z wymaganiami producenta wraz z zestawami części zamiennych, które podlegają wymianie podczas przeglądu w okresie trwającej gwarancji	Tak	

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

....., dnia 2018 r.

.....
Pieczęć imienna i podpisy osób
uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

