

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 14-06-2016r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego:

DOSTAWA NARZĘDZI WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO MIKROCHIRURGII OKA ORAZ KASET DO STERYLIZACJI NARZĘDZI

Znak sprawy: DAZ.26.051.2016

L.dz. 1425.../16

Wyjaśnienia Nr 1 treści SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytania 1: Część nr 1 - Narzędzia wielorazowego użytku do mikrochirurgii oka

1. Lp.1 Prosimy o dopuszczenie pesety McPherson o dł. 85 mm.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

2. Lp.3 Prosimy o dopuszczenie manipulatora Neuhmann.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Lp.7 Prosimy o dopuszczenie Elsching.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2: Część nr 2 - Kaset do sterylizacji narzędzi

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kasety o wym. 260x150x50 mm wykonanej ze stali nierdzewnej lub kasety o wym. 190x102x19 mm wykonanej z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 3:

1. Część nr 1, poz. 4 i poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, nożyczki tytanowe dł. ostrza 9-9,5mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

2. Część nr 1, poz. 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, imadło tytanowe szczęki 6mm, dł. narzędzia 11mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

3. Część nr 1, poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, pęsetę tytanową, 10mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Część nr 1, poz. 11: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzia najwyższej jakości, roztwórka tytanowa, 14mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytania 4 -Dot.: Część nr 1 - Narzędzia wielorazowego użytku do mikrochirurgii oka

1. Poz.1

Czy Zamawiający wymaga do dostawy pesety typu Shepard z lub bez ogranicznika (tzw. stop)



SHEPARD
IMPLANTATION FORCEPS


without stop
with stop



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez ogranicznika.

2. Poz. 2

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy nożyczki do zezów proste, tępe końcówki – jak na rys.:



**BONN MODEL
STRABISMUS SCISSORS**
straight, 9 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 3

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy manipulator jak na rys. :




**DRYSDALE
NUCLEUS MANIPULATOR
and ANTERIOR CAPSULE POLISHER**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Poz. 6

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy imadło jak na rys. :



**BARRAQUER
NEEDLE HOLDER**
curved, without lock
jaw 0.55 mm
handle 8.0 mm
total length 120 mm

Czy imadło winno posiadać zamek, czy też winno być bez zamka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza imadło bez zamka o długości 120mm.

5. Poz. 8

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę jak na rys. :



CAPSULORHEXIS FORCEPS
extremely delicate, round handle

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. 9

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pęsetę jak na rys. :



MICRO COLIBRI FORCEPS
with tying platform, extremely delicate




Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

7. Poz. 10

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy rozwórki jak na rys. :

**KERSHNER
EYE SPECULUM**
open blades
for temporal placement




Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

8. Poz. 11

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy rozwórki jak na rys. :

**LIEBERMANN-TENNANT
EYE SPECULUM**
fenestrated, open blades
for temporal placement



Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

Pytania 5:


1. Czy w części nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści pęsetę do soczewki typu Faulkner, dł. 10,5cm, pozostałe parametry bez zmian?

Zdjęcie proponowanego narzędzia:



Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

2. Czy w części nr 1 poz. 3 Zamawiający dopuści Manipulator – rotator jądra typu Drysdale, pozostałe parametry bez zmian?
Zdjęcie proponowanego narzędzia”



Odpowiedź: Zamawiający zachowuje zapisy SIWZ.

3. Czy w części nr 1 poz. 7 Zamawiający dopuści cooper Axe, pozostałe parametry bez zmian?
Zdjęcie proponowanego narzędzia:



Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy w części nr 1 poz. 9 Zamawiający dopuści pęsetę Colibri-Bonnm delikatnie zakrzywioną, zęby 1x2, 0,12mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5. Czy w części nr 1 poz. 10 Zamawiający dopuści Rozwórkę Lieberman 15 mm z regulacją śrubową, końcówka K-wire lub rozwórkę Lieberman 10mm z regulacją śrubową, końcówka V?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza obie wersje.

Pytania 6:

1. Czy Zamawiający w punkcie 2, części 1 dopuści nożyczki do zabiegu operacyjnego zez, proste, końcówki tępe o długości 12 cm? Proponowane nożyczki są produkowane przez uznanego niemieckiego producenta i są odpowiednikiem modelu Knapp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w punkcie 6, części 1 dopuści imadło do typu Barraquer-Troutman, bardzo delikatne szczęki, zakrzywione, 06 -9 mm o długości 9cm? Proponowane imadło jest produkowane przez uznanego niemieckiego producenta i jest odpowiednikiem modelu Barraquer.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy zamawiający w punkcie 10, części 1 dopuści rozwórkę Lieberman 15 mm z regulacją śrubową, końcówka K-wire ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dot. § 9 (zał. nr 6 do SIWZ):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów projektów umów, tak by w momencie zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegała wyłącznie cena brutto przy zachowaniu ceny netto.

Odpowiedź: W Załączniku Nr 6 w §9 ust. 1 pkt.2) otrzymuje nowe brzmienie:

„2) dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług lub zmiany cen urzędowych przedmiotu umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian”.

Powyższy zapis zostanie wprowadzony do umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 8 dot. Części nr 2:

Czy Zamawiający dopuści kasetę z silikonową matą o wymiarach 152,40x254x25,40 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy PZP niniejsze wyjaśnienia stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i termin otwarcia ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert na dzień: ~~14~~¹⁷...-06-2016r. do godz. 10:00.
Zamawiający wyznacza nowy termin otwarcia ofert na dzień: ~~14~~¹⁷...-06-2016r. o godz. 10:15.

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do art. 38 ust.2 uPzp wyjaśnienia treści SIWZ Zamawiający przesyła tylko tym Wykonawcom, którym przekazał SIWZ na ich wniosek. Pozostali Wykonawcy winni zapoznać się z treścią wyjaśnień do SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalparkitka.com.pl.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
Podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej