

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa
tel/faks: 34/ 367-37-53; 34/367-36-74
e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 05 .09. 2012r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/072/2013 /12

**Wykonawcy ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę opakowań i testów do sterylizacji parowej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1 - dotyczy Załącznik nr 3, pozycja 2, 3, 4, 5: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia potwierdzenia klasy przez niezależną organizację notyfikowaną i dopuszczenie potwierdzenia wydanego przez producenta , co jest zgodne z obowiązującymi ustawami oraz normą ISO 11140 dla wyrobów niemedywnych. Testy do sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi i zgodnie z ustawą nie wymagają certyfikacji przez niezależne jednostki notyfikowane.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przedstawienia stosownych dokumentów wystawionych przez niezależną organizację, która nie musi być jednostką notyfikowaną. Zamawiający nie wyklucza również, przedłożenia stosownego dokumentu wystawionego przez notyfikowaną jednostkę opiniującą produkty służby zdrowia. Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego istnieje wiele jednostek wydających opinie a nie będących jednostkami notyfikowanymi np.typu PZH.

Pytanie 2 - dotyczy Załącznik nr 3, pozycja 2: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 3 - dotyczy Załącznik nr 3, pozycja 5: Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Testy Bowie Dick są oferowane przez wielu dostawców w przeciwieństwie do części wymaganego w pakiecie asortymentu który oferuje wyłącznie jeden dostawca, stąd wydzielenie wskazanej pozycji umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 4 - dotyczy Załącznik nr 8: Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbek dla wskazanego pakietu. Wymagana ilość stanowi znaczącą część rocznego zapotrzebowania.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 5 - Załącznik nr 3 pozycje 3-5: Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty potwierdzeń zgodności z normami wydanych przez niezależne organizacje i wyrażenie zgody na dołączenie potwierdzeń zgodności produktów z obowiązującymi normami, które zostały wydane przez producenta wskaźników?

Wskaźniki do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu 1.

Pytanie 6 - Załącznik nr 3 pozycja 9: Czy Zamawiający zechce odstąpić od przedstawienia próbki i wyrazi zgodę na załączenie ulotki informacyjnej zawierającej obraz oferowanej etykiety?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 7 - Załącznik nr 3 pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści etykietę ze wskaźnikiem sterylizacji o wymiarach 39,5 mm x 67 mm?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 8 - Załącznik nr 5 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści koperty pozwalające udokumentować 16 cykli tj. 7 cykli na jednej stronie i 9 cykli na drugiej?

Odpowiedź: Dopuszczamy przy zachowaniu minimum 16 miejsc na jednej kopercie.

Pytanie 9 - Załącznik nr 7: Czy Zamawiający wymaga obcinarki do rękawów wykonanej ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 - Zapis projektu umowy §4 pkt. 2): Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11 - Zapis projektu umowy §7 pkt 1.1: Nałożenie kar od wartości niedostarczonej całej dostawy sprawia, że częściowa realizacja zamówienia jest bezcelowa. Dzielenie zamówienia umożliwia Zamawiającemu dostęp do części towarów w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych. W praktyce dzielenie zamówienia nie leży w interesie dostawcy, gdyż ponosi dodatkowe koszty transportu, a jest w interesie Zamawiającego, bo przynajmniej częściowo zabezpiecza jego potrzeby. Czy Zamawiający zechce zmienić zapis dotyczący kar umownych za zwłokę w dostawie na 0,2% wartości **niedostarczonego w terminie towaru** za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 - Zapis projektu umowy §7 pkt 1.4: Wysokość kar zaproponowana przez Zamawiającego jest rażąco niesymetryczna szczególnie w obliczu zapisu §5 pkt. 4 wzoru umowy (za zwłokę w zapłacie za dokonane dostawy – możliwość naliczenia odsetek ustawowych). Nie znajduje merytorycznego uzasadnienia w przypadku towarów objętych tym postępowaniem, ze względu na to, że nie są to materiały „ratujące życie” a ich użycie da się zaplanować z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prosimy o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na papier sterylizacyjny o parametrach zgodnych z SIWZ o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,5 kNm? Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 14 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4 Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy o parametrach zgodnych z normą PN EN 868-3 oraz 868-5 o gramaturze papieru 60 g/m²?

Gramatura oraz wszelkie parametry techniczne oferowanych przez naszą firmę produktów zostały dobrane optymalnie, zapewniając odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i przepuklinie. Nasze rękawy posiadają folię 6-warstwową, a dzięki specjalnej charakterystyce papieru, opakowanie nie jest przepuszczalne dla mikroorganizmów i stanowi doskonałą barierę dla bakterii oraz gwarantuje bezpieczną sterylizację i przechowywanie materiałów medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 15 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4, cz. 5 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 210 mm x 200 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 16 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4 , cz.. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 100 mm x 40 x 100 mb?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 17 dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4 , cz.. 11 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 200 mm x 50 x 100 mb?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 18 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4 , cz.. 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 300 mm x 60 x 100 mb?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 19 - dotyczy Załącznik Nr 2

Czy w poz. 4 , cz.. 12 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw papierowo – foliowy 400 mm x 80 x 100 mb?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 20 - dotyczy Załącznik Nr 3

Czy w poz. 2, 3, 4 oraz 5 Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia zgodności z normami wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną? Testy do kontroli sterylizacji nie są wyrobami medycznymi, a jedynie testami diagnostycznymi, stąd ich certyfikacja przez niezależny organ nie jest wymagana, a także nie została określona w Ustawie o Wyrobach Medycznych, ani przez żadne inne przepisy prawne.

Czy Zamawiający zgodzi się na dołączenie potwierdzenia zgodności produktów z normami, które zostało wydane przez producenta testu?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu 1.

Pytanie 21 - Dotyczy Załącznika nr 2- opakowania do sterylizacji (rękawy papierowo-foliowe i papiery sterylizacyjne), taśmy do oklejania pakietów sterylizacyjnych:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. Lp. 4) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
2. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1.3kN/m, w kierunku poprzecznym 0.7kN/m?
3. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 100mm x 40mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 100mm x 50mm x 100m?
4. Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy z zakładką o wymiarach 200mm x 50mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 200mm x 55mm x 100mb?

Odpowiedź:

Ad. 1 **Zgodnie z siwz.**

Ad. 2 **Zgodnie z siwz.**

Ad. 3 **Zgodnie z siwz.**

Ad. 4 **Zgodnie z siwz.**

Pytanie 22 – dotyczy Załącznika nr 3 pozycje 6, 7, 8:

Czy Zamawiający zechce wydzielić wskaźniki przeznaczone do myjni-dezynfektorów nie związane tematycznie z pozostałymi wskaźnikami do kontroli sterylizacji, do odrębnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Załącznika nr 3 pozycje 6, 7, 8 i tworzy z nich odrębny Załącznik nr 3A. Poniżej przedstawiamy zmodyfikowane formularze asortymentowo-cenowe dla Załącznika nr 3 i Załącznika nr 3A.

Pytanie 23 - dotyczy Załącznika Nr 3 pozycja 2,3,4

W pozycji 2,3,4 Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia klasy przez niezależną organizację – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez „niezależną organizację” rozumie „niezależną organizację/jednostkę notyfikowaną”?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu 1.

Pytanie 24 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 1

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności składanych ofert zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty konkurencyjnej cenowo?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 25 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy w rozmiarze 380mm x 200mm w miejsce wymaganego 350mmx200mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 26 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo foliowy w rozmiarze 420mm x 200mm w miejsce wymaganego 400mmx200mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 27 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką w rozmiarze 100mmx40mmx100mm w miejsce wymaganego 100mmx50mmx100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 28 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką w rozmiarze 200mmx50mmx100mm w miejsce wymaganego 200mmx55mmx100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 29 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z zakładką w rozmiarze 380mmx80mmx100mm w miejsce wymaganego 350mmx80mmx100mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 30 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści papier do sterylizacji o zawartości chlorków 0,005% siarczanów 0,034%, wytrzymałość na rozciąganie na mokro w kierunku walcowania 0,72kN/m, w kierunku poprzecznym 0,42kN/m, wytrzymałość na sucho w kierunku walcowania 1,85kN/m, w kierunku poprzecznym 1,35kN/m?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 31 – dotyczy Załącznika nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rękawy do sterylizacji o gramaturze papieru 60g, zgodne z normami PN EN-868-3 oraz PN EN-868-5 co potwierdzone jest przez producenta wyrobu, wytrzymałość papieru na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania 4,67 kN/m, w kierunku poprzecznym 2,33 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,45 kN/m?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 32 - dotyczy wymaganych dokumentów:

Czy skoro kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest 100% cena, to:

1. Czy Zamawiający zgada się, aby do oferty dołączyć w poz. nr 2 po jednej sztuce próbek?
2. Czy Zamawiający zgada się, aby do oferty dołączyć w poz. nr 3 po jednym arkuszu próbek z dwóch dowolnych rozmiarów?
3. Czy Zamawiający zgada się, aby do oferty dołączyć w poz. nr 4 po 1 mb próbek z dwóch dowolnych rozmiarów rękawów płaskich i dwóch dowolnych rozmiarów rękawów z fałdą?

Odpowiedź:

Ad. 1 Tak.

Ad. 2 Tak.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza złożenie próbki po 1 mb, jednakże z każdego rozmiaru rękawa z pozycji nr 4.

Pytanie 33 – dotyczy wzoru umowy:

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?
2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?
3. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
4. Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
5. Czy zamawiający zgodzi się, aby uzupełnienie towarów w przypadku braków ilościowych i jakościowych ma następować w 3 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
6. Jakie konkretne nienależyte wykonanie będzie uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy (paragraf 8 punkt 2a)?
7. Czy zamawiający zgadza się, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki” (paragraf 7, punkt 1.1)-3))?

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający będzie realizował przedmiot zamówienia sukcesywnie stosownie do potrzeb, których nie można określić procentowo.

Ad. 2 Nie.

Ad. 3 Nie.

Ad. 4 Tak.

Ad. 5 Tak.

Ad. 6 Takie same, które uprawniają do naliczania kar umownych - § 7 ust.1

Ad. 7 Nie.

Pytanie 34

Czy Zamawiający w Załączniku 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego płaskiego o szerokości 380 mm w miejsce 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 35

Czy Zamawiający w Załączniku 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego płaskiego o szerokości 420 mm lub 380 mm w miejsce 400 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 36

Czy Zamawiający w Załączniku 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego z fałdą o szerokości 380 mm w miejsce 350 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 37

Pytanie 4 – Czy Zamawiający Załączniku 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo-foliowego o szerokości fałdy 50 mm w miejsce 55 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie 38

Czy Zamawiający Załączniku 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych nawiniętych folią do wewnątrz? Wszystkie parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Załącznik nr 3, który w wyniku wyjaśnień uległ podziałowi na Załącznik nr 3 i 3A został załączony do niniejszych wyjaśnień w formie zmodyfikowanych formularzy jako Załącznik nr 3 i Załącznik nr 3A. Załączone formularze stanowią integralną część SIWZ. Wykonawca składający ofertę na przedmiot zamówienia określony w tych częściach zobowiązany jest bezwzględnie do złożenia oferty na zmodyfikowanych formularzach.

W związku z art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie udzielonych wyjaśnień treści SIWZ. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **17.09.2012r g. 10.00**. Termin otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na: **17.09.2012r., g. 10.15**.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
Kazimierz Pankiewicz

ZAŁĄCZNIK Nr 3 A - zmodyfikowany

Testy skuteczności mycia i dezynfekcji, przyrząd do testu skuteczności procesu mycia.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M.	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1	Test dezynfekcji termicznej.	Test o parametrach 93° C/10 min. W myjni-dezynfektorze.	szt.	2200					
		Test o parametrach 90° C/5 min. W myjni-dezynfektorze.	szt.	3000					
2	Test skuteczności mycia do myjni - dezynfektora w postaci arkusza.	W postaci arkusza z substancją testową zgodny z PN EN ISO 15883, do stosowania w przyrządzie zapewniający kontrolę w co najmniej dwóch płaszczyznach.	szt.	2500					
3	Przyrząd do testu skuteczności procesu mycia.	Przyrząd pasujący do w/w testów.	szt.	5					
	Razem:						xxxxxxxxxx		

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbki dla poz. 1-2

ZAŁĄCZNIK Nr 3 - zmodyfikowany

Wskaźniki do procesu sterylizacji parowej, testy skuteczności mycia i dezynfekcji.

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia zgodna z S.I.W.Z.	Wymagania	J.M.	Ilość wg j.m.	Cena jednost. netto w zł.	Wartość netto w zł.	VAT %	Wartość brutto w zł.	Nazwa handlowa, nr katalogowy identyczne jak na fakturze. Nazwa producenta
1	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu.	Wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1 samoprzylepny, stosowany z przyrządem PCD. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	5600					
2	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	38000					
3	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/20 min. i 134° C/7 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	37200					
4	Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu (wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację).	Wskaźnik do sterylizacji parowej 121° C/15 min. i 134° C/5,3 min., samoprzylepny odpowiadający klasie 6, wg ISO 11140-1. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	600					
5	Jednorazowy pakiet typu Bowie - Dick.	Nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie - Dick'a - 134° C - 3,5 min., Wymagane potwierdzenie zgodności z ISO 11140-4 przez niezależną organizację. Test kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej. Załączyć dokument potwierdzający nietoksyczność testów.	szt.	1500					
6	Etykieta kontrolna do kontenerów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej.	Etykieta o wymiarach: dł. 65mm, szer. 40mm.	szt.	32500					
7	Test wykrywający pozostałości białkowe w postaci pałeczki/patyczka nie wymagający zastosowania dodatkowych urządzeń i akcesoriów		szt.	120					
	Razem:						xxxxxxxxx		

UWAGA : Wykonawca winien złożyć próbki dla poz. 1-7,

